

**Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

**58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10**

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: [pcz@pcz.org.pl](mailto:pcz@pcz.org.pl)

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



---

Kamienna Góra, dnia 14 10 2014

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**dotyczy: postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora hematologicznego, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 14 09.2014r. wpłynęło pytania do **postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora hematologicznego, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

**I. Dotyczy części 1 zamówienia:**

1. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o następującej precyzji dla parametrów:

RBC do 1,5 %

PLT do 4%?

**Odp: Dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o następujących minimalnych zakresach liniowości (dla oznaczenia z pierwszej próbki bez rozcieńczenia):

WBC 0-400 x 10<sup>3</sup> µl

RBC 0-8 x 10<sup>6</sup> µl

HGB 0-25 g/l

HCT 0-60%

PLT 0-5000x10<sup>3</sup> µl?

**Odp: Dopuszcza.**

**II. Wymagania dotyczące dedykowanego zestawu do analizatora :**

1. Czy Zamawiający dopuści komputer wyposażony w słabszy procesor, który zapewni stabilną pracę analizatora oraz płynną komunikację z systemem informatycznym (punkt 2)?
2. Czy Zamawiający dopuści pamięć komputera min. 512 MB (punkt 3)?
3. Czy Zamawiający dopuści dysk twardy min. 80 GB (punkt 4)?
4. Czy Zamawiający dopuści porty min. 4 x USB (punkt 8)?
5. Czy Zamawiający dopuści napęd z nagrywarką CD+/-RW (punkt 11)?
6. Prosimy o możliwość zaoferowania zestawu komputerowego w obudowie typu Desktop (punkt 12)
7. Czy Zamawiający dopuści system operacyjny Windows XP Professional (punkt 13)
8. Prosimy o możliwość zaoferowania monitora o przekątnej min 17 cali (punkt 14).

**Odp: Tak, dopuszcza.**

W tym samym dniu wpłynęły kolejne pytania o treści:

pyt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby objętość badanej próbki wynosiła <150 µl krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczenia?

**Odp: Tak.**

Pyt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 5-Diff z trzema odczytnikami roboczymi koniecznymi do wykonania pełnego badania, co jest rozwiązaniem ekonomicznym i pozwoli na skalkulowanie cen morfologii 5 – Diff równoważnym morfologiom 3-Diff oraz możliwością przełączenia pomiędzy CBC lub CBC+NOC, CBC + RRBC?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

**Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.**

**Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.**

*sporządziła: mgr Ewelina Wincza z poważaniem*

**Prezes Zarządu  
mgr Wiktor Król**