

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

http://www.pcz.org.pl

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 05 11 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 11/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. – modyfikacja SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuję, iż w dniu 04.11.2014r. wpłynęły pytania do postępowania **na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. - pn nr 11/2014** o treści:

1. Czy Zamawiający dopuści obsługowe elektrody?

Odp: Tak, dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści pomiar jedynie z próbki albo z naczynka?

Odp: Tak, dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści objętość próbki 150 ul?

Odp: Tak, dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości wprowadzenia haseł dostępu w celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień?

Odp: Tak, dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wymaga nowego analizatora?

Odp: Nie, w siwz str. 21 Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub używany, demonstracyjny lub testowy, rok produkcji 2008 lub nowszy. W związku z tym nie ma wymogu nowego analizatora.

6. Zwracam się z prośbą o podanie nazwy i firmę obsługującą laboratoryjny system informatyczny?

Odp: "QBS - Quality Business Software" ul. Ksawerów 30/85 02-656 WARSZAWA. tel.: 22 646 74 24 tel.: 22 646 61 51 fax : 22 646 61 50 www.qbs.com.pl".

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król