



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 479 000,00 zł

Kamienna Góra, 11-01-2018

Nr sprawy ZO 3/2017

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę generatora elektrochirurgicznego z akcesoriami do zamykania i cięcia naczyń (typu Ligasure) wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.

I. Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Pytanie 1– Opis przedmiotu zamówienia 2.24

Prosimy o wyjaśnienie jakie włączniki nożne -2 sztuki zamawiający wymaga ?

Czy to ma być 1 włącznik podwójny nożny z dodatkowym pomarańczowym przyciskiem, kabel 4 m, zabezpieczony przed zalaniem i 1 włącznik nożny pojedynczy z dodatkowym pomarańczowym przyciskiem , kabel 4 m ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum: 1 szt. włącznika podwójnego nożnego oraz 1 szt. włącznika pojedynczego nożnego.

Pytanie 2:

Pytanie 2– Parametry techniczne –Generator elektrochirurgiczny 2.12

Prosimy o wyjaśnienie ile wymiennych noży do instrumentu laparoskopowego 10mm z wymiennym nożykiem do zamykania naczyń do średnicy 7mm wymaga ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum: 50 szt. jednorazowych, wymiennych noży lub 10 szt. wielorazowych, wymiennych noży.

Pytanie 3:


Pytanie 3- Parametry techniczne –Generator elektrochirurgiczny

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający rezygnuje z wymogów z pozycji : 1.5 ; 1.9 ;1.16 ; 1.28; 1.39 gdyż dopuścić odpowiedziami diatermie pomijająca te pozycję czy należy także je zaferować ?

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z wymogów z pozycji : 1.5 ; 1.9 ;1.16 ; 1.28; 1.39, ale dopuszcza złożenie oferty na dostawę urządzenia, które nie spełnia wymogów określonych w pozycji: 1.5 ; 1.9 ;1.16 ; 1.28; 1.39.

II. Zamawiający **zmienia punkt 8.2** zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: dostawę generatora elektrochirurgicznego z akcesoriami do zamykania i cięcia naczyń (typu Ligasure) wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu, który otrzymuje brzmienie:

"8.2. Termin składania ofert: **17-01-2018, godz. 12.00.**"

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Powiatowego Centrum Zdrowia
w Kamieńskiej Górze Sp.z o.o.

Barbara Kosak