



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 854 000,00 zł

Kamienna Góra, 16.11.2018 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **PN 10/2018**

- I. Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w części nr 9 w poz.2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu jakościowego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu jakościowego w Części 9, poz.2.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w części 6, poz. 14 i 15 dopuści metodę Jendrassika?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza w Części 6, poz. 14 i 15 metodę Jendrassika.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w Części 1, poz.13 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul. do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza kamery o parametrach opisanych w pytaniu .

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający w części 8 postępowania wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykorzystującego metody optyczne i mechaniczne pomiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora wykorzystującego metody optyczne i mechaniczne pomiaru.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający w części 8 postępowania wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z zainstalowanym oprogramowaniem w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z zainstalowanym oprogramowaniem w języku angielskim.


Pytanie nr 6:

Czy zamawiający w części 8 postępowania wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora zastępczego pracującego na tych samych odczynnikach oraz kuwetach innego typu?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie analizatora zastępczego pracującego na tych samych odczynnikach oraz kuwetach innego typu.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.



Dziękuję za uwagę