



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 916 000,00 zł

Kamienna Góra, 17.06.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Nazwa postępowania: **Dostawa sprzętu i materiałów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **PN 3/2019**

- I. Działając na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 72:

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości max. 15 cm, rozciągalny, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający dopuszcza łącznik określony w pytaniu.

Pytanie nr 73:

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości rur 180 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Nie.

Pytanie nr 74:

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości dwóch rur 180 cm i trzeciej 90 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający dopuszcza obwód określony w pytaniu.

Pytanie nr 75:

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2-4

Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Nie, Zamawiający wymaga masek sterylnych.

Pytanie nr 76:

Czy Zamawiający w Części 46 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również klipsownicę jednorazową, endoskopową z rezykcjonowaniem o parametrach 230cm, 11mm, do kanału roboczego 2,8mm, sterylną?

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zamawiający dopuszcza klipsownicę określona w pytaniu.

Pytanie nr 77:

Czy Zamawiający w Części 47 dopuści asortyment pakowany po 20szt?

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Tak.

Pytanie nr 78:

Czy Zamawiający w Części 49 pod pojęciem „Pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i polipów, dł. 230 cm. „rozumie i będzie wymagał jednorazową siatkę do usuwania polipów, do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym o parametrach folia z perforacją; długość narzędzia 230cm, średnica pętli 35mm; średnica osłony 2,4mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów?

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiający w Części 49 pod pojęciem „Pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i polipów, dł. 230 cm. „rozumie i będzie wymagał jednorazową siatkę do usuwania ciał obcych; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym i drzewie oskrzelowym o parametrach folia bez perforacji; długość narzędzia 230cm, średnica pętli 35mm; średnica osłony 2,4mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów?

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 80:

Dotyczy: PN 3/2019, Część 5. Cewniki, zgłębniki, ilość pozycji 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya 12 do 24Fr z balonem w rozmiarze:

- 1,5ml dla przekroju 6Fr,
- 3-5ml dla przekroju 8-12Fr,
- 15-30ml dla przekroju 14Fr,
- 30-50ml dla przekroju 16-24Fr

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zamawiający nie dopuszcza cewników określonych w pytaniu.

Pytanie nr 81:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z części 5 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający nie wydziela pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 82:

Dotyczy pakietu nr 1 poz 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75szt lub 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilość do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zamawiający dopuszcza kieliszki pakowane po 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 83:

Dotyczy pakietu nr 1 poz 3

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę USG pakowane po 144 szt z odpowiednim przeliczeniem ilość do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zamawiający dopuszcza osłonki na głowicę USG pakowane po 144 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 84:

Dotyczy pakietu nr 1 poz 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie.

Pytanie nr 85:

Dotyczy pakietu nr 3 poz 5-8

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z rozgrzeszoną skalą o minimum 20%?

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Zamawiający dopuszcza strzykawki określone w pytaniu.

Pytanie nr 86:

Dotyczy pakietu nr 3 poz 5-8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Zamawiający wymaga strzykawek pakowanych pojedynczo; nie wymaga zróżnicowania kolorystycznego.

Pytanie nr 87:

Dotyczy pakietu nr 3 poz 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 45szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem opakowań w górę tj. 45op?

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 45 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 88:

Dotyczy pakietu nr 4 poz 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych rozmiarach?

-22G 09x25mm z portem

-20G 1,1x33mm z portem

-18G 1,3x45mm z portem

-17G 1,5 x 45 mm z portem.

-24G 07x19mm z portem

-26G 06x19mm bez portu

-24G 07x19mm bez portu

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Zamawiający nie dopuszcza kaniuli o rozmiarach określonych w pytaniu.

Pytanie nr 89:

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 10

Czy Zamawiający oczekuje przyrządów z dużą i przejrzystą komorą o długości 6cm w części przezroczystej?

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Zamawiający dopuszcza przyrząd określony w pytaniu.

Pytanie nr 90:

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dróg oddechowych w rozmiarach CH12-CH18 o długości 50 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zamawiający dopuszcza cewnik określony w pytaniu.

Pytanie nr 91:

Dotyczy pakietu nr 29 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 91:

Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie.

Pytanie nr 92:

Dotyczy pakietu nr 43 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie.

Pytanie nr 93:

Część 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne szczelnie przylegające maski do podawania tlenu dla dorosłych z miękkiego, medycznego PCV, z drenem 200 cm, mikrobiologicznie czyste, w dwóch uniwersalnych rozmiarach – dla dorosłych i pediatrycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 93:

Zamawiający nie dopuszcza produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 94:

Część 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne szczelnie przylegające maski z delikatnego, medycznego PCV z nebulizatorem i drenem 200 cm, czyste mikrobiologicznie, w dwóch uniwersalnych rozmiarach – dla dorosłych i pediatrycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Zamawiający nie dopuszcza produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 95:

Część 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nebulizator z ustnikiem i drenem o dł.200 cm, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Zamawiający nie dopuszcza produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 96:

Część 6

Czy Zamawiający oczekuje aby produkty były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Tak.

Pytanie nr 97:

Część 17 poz.1

W związku z ogólną charakterystyką wymaganego produktu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uściślenie czy oczekuje filtrów oddechowych, elektrostatycznych bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 150-1500ml, posiadających wysoką skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999% i p/wirusową 99,999%, waga 21g, przestrzeń martwa 33 ml, o niskich oporach przepływu wynoszących 1,4 cmH2O przy 60l/min z portem do kapnografii zabezpieczonym koreczkiem mocowanym na stałe pakowanych pojedynczo, sterylnych?

Odpowiedź na pytanie nr 97:

Zamawiający oczekuje filtrów oddechowych określonych w pytaniu.

Pytanie nr 98:

Część 17 poz.2

W związku z ogólną charakterystyką wymaganego produktu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uściślenie czy oczekuje filtrów o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylnych, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H2O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H2O, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na lince?

Odpowiedź na pytanie nr 98:

Zamawiający oczekuje filtrów oddechowych określonych w pytaniu.

Pytanie nr 99:

Część 17

Czy Zamawiający wymaga aby filtry oddechowe były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 99:

Tak, Zamawiający wymaga, aby filtr posiadał cechy określone w pytaniu.

Pytanie nr 100:

Część 18 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy dla dorosłych, dł 160 cm rury karbowane o średnicy 22mm, trójnik Y z 2 portami z zatyczkami na lince, kolanko z portem CO2 z koreczkiem luer-lock, dodatkowa rura dł. 80 cm, worek oddechowy bezlateksowy 2 litry, czerwony koreczek zabezpieczający obwód, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź na pytanie nr 100:

Zamawiający nie dopuszcza produktu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 101:

Część 18

Czy Zamawiający wymaga aby obwody oddechowe były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 101:

Tak, Zamawiający wymaga, aby obwody oddechowe posiadały cechy określone w pytaniu.

Pytanie nr 102:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie nr 102:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w § 4 ust.3 Projektu umowy oraz w pkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia **termin 2-dniowy zmienia się na termin 5-dniowy.**

Pytanie nr 103:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 104:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1 pkt. b), c):

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) za zwłokę w realizacji dostawy sprzętu/materiałów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **0,5%** wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości (brutto) opóźnionej w realizacji części dostawy;**

c) za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem uzasadnionej reklamacji – w wysokości **0,5%** wartości (brutto) danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości (brutto) danego zamówienia, którego dotyczy zwłoka w wykonaniu reklamacji.**

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 105:**Pakiet 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren o następujących parametrach: długość 210 cm, średnica wewnętrzna 5,6 mm, średnica zewnętrzna 8,0 mm, końcówka typu lejek-Kapkon.

Odpowiedź na pytanie nr 105:

Zamawiający dopuszcza dren określony w pytaniu.

Pytanie nr 106:**Pakiet 16, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści dren o następujących parametrach: długość 300 cm, średnica wewnętrzna 7,0 mm, średnica zewnętrzna 10,0 mm, końcówka typu lejek-lejek.

Odpowiedź na pytanie nr 106:

Zamawiający dopuszcza dren określony w pytaniu.

Pytanie nr 107:**Pakiet 16, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści dren o następujących parametrach: długość 210 cm, średnica wewnętrzna 7,0 mm, średnica zewnętrzna 10,0 mm, końcówka typu lejek-lejek.

Odpowiedź na pytanie nr 107:

Zamawiający dopuszcza dren określony w pytaniu.

Pytanie nr 108:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź na pytanie nr 108:

Zamawiający nie precyzuje ilości wyrobów, która zostanie na pewno zamówiona. Określone w SIWZ ilości sprzętu/materiałów oszacowane są wg dotychczasowego zużycia. Faktyczna ilość zamówionych wyrobów wynikać będzie z bieżących potrzeb, jednak w ocenie Zamawiającego jeżeli nie wystąpią szczególne zmiany warunków realizacji świadczeń szpitalnych, ilość faktyczna powinna być zbliżona do ilości określonych w SIWZ.

Pytanie nr 109:

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany

odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 110:

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Zamawiający nie ustala minimalnej kwoty zamówienia jednostkowego.

Pytanie nr 111:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta i usunięcie pozostałych?

Odpowiedź na pytanie nr 111:

Tak. Formularz jest w wersji edytowalnej, Wykonawca może pozostawić wyłącznie te pakiety, na które składa ofertę.

Pytanie nr 112:

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Zamawiający podaje adres e-mail, na który można przysyłać fakturę w wersji elektronicznej: pcz@pcz.org.pl .

Pytanie nr 113:

Część 42

Ze względu na to, że pojemniki o różnych pojemnościach znacznie różnią się ceną, w celu umożliwienia przedstawienia korzystnej oferty cenowej dla Zamawiającego prosimy o wyszczególnienie każdej pojemności w innej pozycji wraz z rozdzieleniem ilości na poszczególne pozycje.

Odpowiedź na pytanie nr 113:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Części 42 zamówienia. W wyniku tej zmiany, Zamawiający wydzielił w Formularzu asortymentowo-cenowym 10 odrębnych pozycji wg pojemności pojemników. Zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy Zamawiający zamieści na stronie internetowej i jest on wiążący przy składaniu ofert.

Pytanie nr 114:

Część 42

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml zamiast 500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 114:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 520 ml zamiast 500 ml.

Pytanie nr 115:

Część 42

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200 ml zamiast 1000 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 115:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 1200 ml zamiast 1000 ml.

Pytanie nr 116:

Część 42

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml zamiast 2000 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 116:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 2300 ml zamiast 2000 ml.

Pytanie nr 117:

Część 42

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400 ml zamiast 3500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 117:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 3400 ml zamiast 3500 ml.

Pytanie nr 118:

Część 42

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml zamiast 5000 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 118:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 5600 ml zamiast 5000 ml.

Pytanie nr 119:

Część 42

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10 600 ml zamiast 10000 i 11000 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 10 600 ml zamiast 10000 i 11000 ml.

Pytanie nr 120:

Część 12.

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha spełniającego wymagania SIWZ dostępnego w rozmiarach od M do XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 120:

Tak.

Pytanie nr 121:

Część 12.

Poz. nr 1 – Czy celem zapewnienia maksymalnej funkcjonalności oferowanych fartuchów tj. optymalnego dopasowania rozmiaru fartucha do użytkownika, Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów posiadających rozwiązanie konstrukcyjne, umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą przylepcorzepów wielokrotnego użytku pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 121:

Zamawiający nie wymaga fartuchów określonych w pytaniu.

Pytanie nr 122:

Część 13.

Poz. 4, 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet dwuwarstwowych?

Odpowiedź na pytanie nr 122:

Tak.

Pytanie nr 123:

Część 13.

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety nieprzylepnej w rozmiarze 175*150?

Odpowiedź na pytanie nr 123:

Tak.

Pytanie nr 124:

Część 13.

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety foliowanej nieprzylepnej w rozmiarze 120x95?

Odpowiedź na pytanie nr 124:

Tak.

Pytanie nr 125:

Część 13.

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety foliowanej nieprzylepnej w rozmiarze 150x90?

Odpowiedź na pytanie nr 125:

Tak.

Pytanie nr 126:

Część 14.

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych z fartuchami o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta przylepna wzmocniona 240 x 150 cm
- 1 x serweta przylepna wzmocniona 175 x 170 cm
- 2 x serweta przylepna wzmocniona 90 x 75 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny roz. L
- 1 x fartuch chirurgiczny roz. XL
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź na pytanie nr 126:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 127:

Część 15.

Poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych z gazy w kształcie fasolki wykonanych z gazy 24-nitkowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 127:

Tak.

Pytanie nr 128:

Część 34.

Poz. 58 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 128:

Zamawiający wymaga koszul będących wyrobem medycznym.

Pytanie nr 129:

Część 35.

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowych serwet do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
 - 1 x serweta na stolika Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
 - 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm
 - 1 x serweta dla noworodka 90 x 100 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
 - 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 129:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 130:

Część 38.

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm, 2 warstwowa
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm, 2 warstwowa
- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm, 2 warstwowa
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 130:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 131:

Część 40.

Poz. 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych 4 warstwowych?

Odpowiedź na pytanie nr 131:

Tak.

Pytanie nr 132:

Część 40.

Poz. 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych, których opakowanie jednostkowe wyposażone jest w jedną metkę samoprzylepną z nazwą producenta, numerem katalogowym artykułu, datą ważności oraz numerem LOT (do dokumentacji medycznej pacjenta)?

Odpowiedź na pytanie nr 132:

Zamawiający nie dopuszcza serwet określonych w pytaniu.

Pytanie nr 133:

Część 40.

Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnych serwet operacyjnych spełniających wymagania SIWZ po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego?

Odpowiedź na pytanie nr 133:

Nie.

Pytanie nr 134:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie nr 134:

Tak, zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie nr 135:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie nr 135:

Zamawiający wymaga, żeby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych

Pytanie nr 136:

Dotyczy cz. 11 pozycja 1 i 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny sterylizacyjnej typu SMS gramatura 55 g/m², kolor niebieski lub zielony.

Odpowiedź na pytanie nr 136:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie włókniny określonej w pytaniu.

Pytanie nr 137:

Dotyczy cz. 31

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź na pytanie nr 137:

Zamawiający nie wymaga (dopuszcza).

Pytanie nr 138:

Dotyczy cz. 31

Czy Zamawiający ma namyśli rękawy, które posiadają informacje o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polski?

Odpowiedź na pytanie nr 138:

Tak.

Pytanie nr 139:

Dotyczy cz. 31

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 139:

Zamawiający nie wymaga, aby rękaw posiadał piktogram określony w pytaniu.

Pytanie nr 140:

Dotyczy cz. 31

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź na pytanie nr 140:

Zamawiający dopuszcza rękawy określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 141:

Dotyczy cz. 31

Czy zamawiający wymaga aby każda rolka rękawa była zabezpieczona folią termokurczliwą wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizację opakowania medycznego

Odpowiedź na pytanie nr 141:

Tak.

Pytanie nr 142:

Dotyczy 32 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli niebieską wzmocnioną taśmę ze wskaźnikiem, która ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiada lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 142:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 143:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie poz. 1 z Części 3 i utworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie większej ilości oferentów, co wpłynie na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie nr 143:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji i nie tworzy odrębnego pakietu.

Pytanie nr 144:

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 2 dopuści wycenę igieł tylko w rozmiarze 24Gx90 oraz 26Gx90 z igłą prowadzącą?

Odpowiedź na pytanie nr 144:

Nie.

Pytanie nr 145:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie poz. 2 z Części 4 i utworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie większej ilości oferentów, co wpłynie na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie nr 145:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji i nie tworzy odrębnego pakietu.

Pytanie nr 146:

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 3 dopuści wycenę kaniul 0,9x25mm z portem; 1,1x32mm z portem; 1,3x45mm z portem; 1,5x45mm z portem; 0,6x 19mm bez portu; 0,7x19mm bez portu oraz 0,7x19mm z portem/ do wyboru dla Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 146:

Nie.

Pytanie nr 147:

Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie poz. 11 z Części 4 i utworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie większej ilości oferentów, co wpłynie na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie nr 147:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji i nie tworzy odrębnego pakietu.

Pytanie nr 148:

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 2 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 25Gx88mm, 26Gx80mm oraz 27Gx88mm z igłą prowadzącą?

Odpowiedź na pytanie nr 148:

Nie.

Pytanie nr 149:

Część 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 149:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 150:

Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do insuliny U-40 j.m z podziałką elementarna – 1 I.U. = 0.025 ml

Odpowiedź na pytanie nr 150:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 151:

Część 3 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do cewników z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź na pytanie nr 151:

Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 152:

Część 3 poz. 5-8

Czy Zamawiający wymaga strzykawki 2 – częściowej ze skalą rozszerzona do 20 %.

Odpowiedź na pytanie nr 152:

Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 153:

Część 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2–częściową w opakowania po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź na pytanie nr 153:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę w opakowaniu po 80 szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 154:

Część 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zawór bezigłowy do pobierania leków z fiolek, bezigłowy, automatycznie wyrównujący ciśnienie wewnątrz fiołki, redukujący powstanie oparów i wycieków w rozmiarze 13 mm, 20 mm

Odpowiedź na pytanie nr 154:

Tak, Zamawiający dopuszcza zawór określony w pytaniu.

Pytanie nr 155:

Część 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 155:

Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 156:

Część 4 poz. 4

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 24 G 0,7 x 19 mm bez portu i z portem.

Odpowiedź na pytanie nr 156:

Nie, nie nastąpiła omyłka.

Pytanie nr 157:

Część 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 24 G x 88 mm, 26 G x 88 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 157:

Nie.

Pytanie nr 158:

Część 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny w opakowania po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 158:

Zamawiający dopuszcza kranik trójdrożny w opakowaniu po 50 szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 159:

Część 4 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga kranika z możliwością podawania lipidów.

Odpowiedź na pytanie nr 159:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 160:

Część 4 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 160:

Tak.

Pytanie nr 161:

Część nr 29 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 – częściowe do pomp luer - lock w rozmiarze 50/60 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 161:

Tak.

Pytanie nr 162:

Część nr 29 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3- częściową do pomp pakowana po 25 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź na pytanie nr 162:

Zamawiający dopuszcza opakowanie po 25 szt., z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 163:

SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki czy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź na pytanie nr 163:

Zamawiający wymaga podania cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 164:

SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź na pytanie nr 164:

Tak, zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 17.

Pytanie nr 165:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź na pytanie nr 165:

Patrz Odpowiedź na pytanie nr 108.

Pytanie nr 166:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie (...), przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 166:

Patrz Odpowiedź na pytanie nr 110.

Pytanie nr 167:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 4 ust. 2

W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 24 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 8 m-cy?

Odpowiedź na pytanie nr 167:

Zamawiający pozostawia okres ważności wynoszący 12 miesięcy, z wyłączeniem tych produktów, dla których w wyniku udzielonych odpowiedzi wyraził zgodę na okres krótszy .

Pytanie nr 168:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 4 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 168:

Patrz Odpowiedź na pytanie nr 102.

Pytanie nr 169:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 11 ust. 1 ppkt. 1.1 b i 1.1 c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy/zwłoki w wymianie towaru, za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Liczenie kary umownej w wysokości 1% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź na pytanie nr 169:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 170:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 15

Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy zapisu wynikającego z art. 142 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publiczny, skoro umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy?

W art. 142 ust. 5 Ustawy jest mowa o tym, że jeśli umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać „postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

Przepis art. 142 ust. 5 Ustawy jest bezwzględnie obowiązujący i fakt nie umieszczenia w umowie postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy powoduje, iż wykonawca nie może z tego zapisu skorzystać?

Odpowiedź na pytanie nr 170:

Zamawiający dokonał w tym zakresie zmiany treści SIWZ (Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 12.06.2019 r.)

Pytanie nr 171:

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 15 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę dopisanie do ustępu sformułowania: „bez konieczności zawierania dodatkowego aneksu”

Odpowiedź na pytanie nr 171:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 172:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Części nr. 52 pozycja 1,2,4-8

Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów przez różnych wykonawców, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach po 100sztuk.

Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z wymaganiami Zamawiającego w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt. Do oferty dołączymy dodatkowo informację o rodzaju spakowania oferowanych przez nas wyrobów

Odpowiedź na pytanie nr 172:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 100 szt. W przypadku przeliczenia należy stosować zasadę zaokrąglania do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 173:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Części nr. 52 pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga statywów uniwersalnych z zabezpieczeniem próbek przed ich wypadaniem, 50 miejscowych, na próbówki o średnicy 12-17mm?

Odpowiedź na pytanie nr 173:

Zamawiający dopuszcza statyw określony w pytaniu.

Pytanie nr 174:

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Części nr. 52 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii z terminem ważności 6 m-cy?

Prośbę motywujemy tym, iż termin ważności tych probówek jest krótszy niż pozostałych ze względu na dbałość producenta o zagwarantowanie najwyższej ich jakości, ponieważ stabilność cytrynianu w probówkach plastikowych jest mniejsza niż w szklanych.

Odpowiedź na pytanie nr 174:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii z terminem ważności 6 m-cy.

Pytanie nr 175:

Dotyczy terminu składania ofert

Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Odpowiedź na pytanie nr 175:

Zamawiający w dniu 11.06.2019 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 24.06.2019 r.

Jednocześnie w związku z dużą ilością zadanych pytań i udzielonych wyjaśnień, w tym skutkujących zmianą treści SIWZ, Zamawiający przedłuża dotychczasowy termin składania ofert do dnia 03 lipca 2019 r. godz.10:00.

Pytanie nr 176:

Dotyczy Części nr 52, poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:

Czy Zamawiający dopuści najmniejsze opakowanie zbiorcze 100 szt. probówek w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 176:

Tak.

Pytanie nr 177:

Dotyczy Części nr 52, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści łączniki (uchwyty) jednorazowe, systemowe, przeźroczyste z końcówką do umocowania systemowych igieł jednorazowego użytku, centryczne w opakowaniu zbiorczym 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 177:

Tak.

Pytanie nr 178:

Dotyczy Części nr 52, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii wykonane z polipropylenu i polietylenu (probówka w probówce), które przez tego typu konstrukcję zachowują minimalną przestrzeń martwą do max 1,0 cm. Rozwiązanie tego typu gwarantuje prawidłowość odwzorowania oznaczanych parametrów PT i APTT u chorych leczonych antykoagulantami.

Odpowiedź na pytanie nr 178:

Zamawiający dopuszcza probówki określone w pytaniu.

Pytanie nr 179:

Dotyczy Części nr 52, poz. 7; pkt. 7 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §4 ust. 2 Projektu umowy:

Czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii 1,8 ml z terminem ważności do 4 miesięcy. Probówki te z uwagi na bardzo restrykcyjne wymogi i zawarty w nich ciekły antykoagulant mają znacznie skrócony termin ważności.

Odpowiedź na pytanie nr 179:

Zamawiający dopuszcza probówki do koagulologii 1,8 ml z terminem ważności do 4 miesięcy.

Pytanie nr 180:

Dotyczy Części nr 52, poz. 7:

Czy Zamawiający w trosce o prawidłowość odwzorowania parametrów mierzonych w układzie krzepnięcia PT i APTT zwłaszcza u chorych leczonych antykoagulantami będzie wymagał minimalnej przestrzeni martwej do max 1,0 cm słupa probówki?

Odpowiedź na pytanie nr 180:

Tak.

Pytanie nr 181:

Dotyczy Części nr 52, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi, których pojemność wraz z odczynnikami wynosi 1,8 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 181:

Nie.

Pytanie nr 182:

Dotyczy Części nr 52, poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12:

Czy Zamawiający będzie wymagał niezbędnego asortymentu do pobrania krwi poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (igły, uchwyty, probówki) tego samego producenta z uwagi na kompatybilność i ewentualną możliwość wdrożenia procedury reklamacyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 182:

Zamawiający nie wymaga, aby ww. asortyment był tego samego producenta, ale wymaga, aby był on z sobą kompatybilny.

Pytanie nr 183:

Dotyczy Części nr 52, poz. 2 (Probówki z polipropylenu z korkiem do hematologii z antykoagulantem r-r EDTA – K2 na 2 ml krwi o poj. 3,6 – 4 ml (EDTA – K31 napylony)):

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga antykoagulantu K2EDTA napylonego na ścianki probówki jako bardziej preferowanego przez Diagnostów Laboratoryjnych, gdyż K3EDTA okazał się najmniej pożądanym antykoagulantem z uwagi na klinicznie udowodnione obkurczanie się krwinek czerwonych i w efekcie spodziewane zafałszowane wartości objętości tychże krwinek?

Odpowiedź na pytanie nr 183:

Tak.

Pytanie nr 184:

Dotyczy pkt. 4.10 Formularza oferty:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu pkt. 4.10, gdyż przedmiotem zamówienia nie są wyłącznie materiały opatrunkowe.

Odpowiedź na pytanie nr 184:

Zmieniony Formularz oferty zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.06.2019 r. uwzględnia zmianę brzmienia pkt 4.10.

Pytanie nr 185:

Dotyczy pkt. 4.10 Formularza oferty; pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §4 ust. 1 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację oświadczenia dot. dopuszczeń do obrotu dla wyrobów medycznych w przypadku zaoferowania produktu niebędącego wyrobem medycznym i niepodlegającego ustawie o wyrobach medycznych poprzez dopisanie „nie dotyczy produktów niebędących wyrobem medycznym”.

Odpowiedź na pytanie nr 185:

Wymóg dotyczący dopuszczenia do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych dotyczy wyłącznie sprzętu/materiałów medycznych. Wynika to z zapisów SIWZ.

"Sprzęt/materiały będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie wymogi dopuszczenia do obrotu, w szczególności sprzęt/materiały medyczne muszą być zgodne z Ustawą z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych."

Pytanie nr 186:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych w opakowaniach a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. Pozwoli to zaoferować Zamawiającemu taki sam produkt w korzystniejszej cenie.

Odpowiedź na pytanie nr 186:

Zamawiający dopuszcza rękawice w opakowaniu po 200 szt., z przeliczeniem ilości opakowań (zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę).

Pytanie nr 187:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych, nitrilowych, bezpudrowych, niesterylnych w rozmiarze od XS do XL z możliwością wyboru przez Zamawiającego o następujących parametrach: AQL = 1.0, mankiet rolowany, rękawice posiadające powierzchnię zewnętrzną biszkoptową z teksturą na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej – rękawice polimeryzowane, kształt uniwersalny, grubość na palcu 0,12 mm, grubość na dłoni 0,08 mm, grubość na mankiecie 0,06 mm, długość rękawicy minimalna 240 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, siła zrywu po starzeniu min. 8 N, klasa I, kat III – Środek Ochrony Indywidualnej.

Odpowiedź na pytanie nr 187:

Zamawiający dopuszcza rękawice określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 188:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych sterylnych, pudrowanych, nr 6,5 do 9,0 z możliwością wyboru przez zamawiającego o następujących parametrach: AQL = 1.0, mankiet rolowany, rękawice posiadające powierzchnię zewnętrzną teksturowaną, kształt anatomiczny, kolor kremowy, grubość na palcu 0.21 - 0.22 mm, grubość na dłoni 0.16 - 0.17 mm, grubość na mankiecie 0.12 - 0.13 mm, długość rękawicy minimalna 286 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 15 N, siła zrywu po starzeniu min. 12 N, klasa IIa.

Odpowiedź na pytanie nr 188:

Zamawiający dopuszcza rękawice określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 189:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych, lateksowych nr 6,5 do 9,0 o następujących parametrach: AQL = 0,65, mankiet rolowany, rękawice posiadające powierzchnię zewnętrzną teksturowaną, pokrycie powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej – rękawice chlorowane, kształt anatomiczny, kolor żółtawy, grubość na palcu 0.23 - 0.24 mm, grubość na dłoni 0.20 - 0.21 mm, grubość na mankiecie 0.19 - 0.20 mm, długość rękawicy minimalna 286 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, siła zrywu po starzeniu min. 14 N, poziom protein < 10 µg/g, klasa IIa, kat. III – Środek Ochrony Indywidualnej.

Odpowiedź na pytanie nr 189:

Zamawiający dopuszcza rękawice określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 190:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych lateksowych, sterylnych, bezpudrowych rozmiar 6,5 do 8,5 z możliwością wyboru rozmiaru przez Zamawiającego o następujących parametrach: AQL = 0,65, mankiet rolowany, rękawice posiadające powierzchnię zewnętrzną teksturowaną, pokrycie powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej – rękawice polimeryzowane, kształt anatomiczny, kolor kremowy, grubość na palcu 0.23 - 0.24 mm, grubość na dłoni 0.20 - 0.21 mm, grubość na mankiecie 0.18 - 0.19 mm, długość rękawicy minimalna 286 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 16 N, siła zrywu po starzeniu min. 14 N, poziom protein < 10 µg/g, klasa IIa, kat. III – Środek Ochrony Indywidualnej.

Odpowiedź na pytanie nr 190:

Zamawiający dopuszcza rękawice określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 191:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymagania dot. zaoferowania w ww. pozycji rękawic z żelem aloesowym. Pozwoli to złożyć ofertę większej ilości Wykonawcom, czyniąc postępowanie bardziej konkurencyjnym.

Odpowiedź na pytanie nr 191:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania rękawic z żelem aloesowym. W opisie tych rękawic wykreśla się zwrot „z żelem aloesowym”.

Pytanie nr 192:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 2-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jednostki miary. Zamawiający w pozycji nr 2, pozycji nr 3 oraz pozycji nr 4 wymaga dostarczenia rękawic chirurgicznych, z kolei jako j.m. Zamawiający przyjął dla wskazanych pozycji op.=100 szt. Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że wystąpiła tu omyłka i Zamawiający jako jednostkę miary przyjmuje dla rękawic chirurgicznych parę. Prosimy również o wskazanie wymaganej ilości par dla ww. pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 192:

Zamawiający dokonuje poprawy jednostki miary w Załączniku nr 1.2 do Formularza oferty - dot. Części 2. Rękawice chirurgiczne. Prawidłowa jednostka miary to opakowanie = 50 par.

Pytanie nr 193:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic winylowych niesterylnych, bezpudrowych, w rozmiarze od S do L o następujących parametrach: AQL = 1,5, mankiet rolowany, rękawice posiadające powierzchnię zewnętrzną gładką, pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice pokrywane poliuretanem, kształt uniwersalny, kolor transparentny, grubość na palcu 0,10 mm, grubość na dłoni 0,08 mm, grubość na mankiecie 0,06 mm, długość rękawicy minimalna 240 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 4 N, siła zrywu po starzeniu min. 4 N, klasa I, kat III – Środek Ochrony Indywidualnej.

Odpowiedź na pytanie nr 193:

Zamawiający dopuszcza rękawice określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 194:

dotyczy Części nr 2 poz. nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic foliowych niesterylnych, opakowanie 100 szt., rozmiar L o następujących cechach: rękawica jednorazowego użytku, chropowata powierzchnia moletowana, wykonane z polietylenu, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu indywidualnym umieszczone informacje: nazwa producenta oraz rozmiar rękawicy. Opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim.

Odpowiedź na pytanie nr 194:

Zamawiający dopuszcza rękawice określone w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 195:

Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 4 ust. 3 projektu umowy terminu na realizację reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych.

UZASADNIENIE - 1. Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353¹ KC, a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współzycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r. sygn. **II Ca 450/14**)

Odpowiedź na pytanie nr 195:

Patrz Odpowiedź na pytanie nr 102.

Pytanie nr 196:Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 8 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE : Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 196:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 197:Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki - w § 11 ust. 1 lit. b) i c) projektu umowy

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 197:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 198:Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie § 11 ust. 3 projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 198:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 199:Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę treści § 15 ust. 4 projektu umowy w ten sposób iż zmiana wynagrodzenia przewidziana w § 15 ust. 3 następować będzie bez konieczności spisywania aneksu do umowy.

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj.: uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 199:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 200:Pytanie do wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę treści § 15 ust. 5 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem ust. 3 i 4”.

Odpowiedź na pytanie nr 200:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 201:Część 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 201:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 202:Część 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 202:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 203:Część 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 203:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 204:Część 1, poz.9

Czy zamawiający dopuści żel w kolorze bezbarwnym?

Odpowiedź na pytanie nr 204:

Tak.

Pytanie nr 205:Część 4, poz. 5,8-10

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5,8-10 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 205:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

Pytanie nr 206:Część 4, poz.8-10

Czy zamawiający wymaga przyrządów do przetwarzania bez ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym w postaci symbolu (normy zharmonizowanej)?

Odpowiedź na pytanie nr 206:

Zamawiający wymaga informacji producenta – deklaracji o tym, że produkt nie zawiera ftalanów,

Pytanie nr 207:Część 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie nr 207:

Zamawiający dopuszcza fartuch określony w pytaniu.

Pytanie nr 208:Część 7, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź na pytanie nr 208:

Zamawiający dopuszcza fartuch określony w pytaniu.

Pytanie nr 209:Część 7, poz. 4

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź na pytanie nr 209:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 210:Część 7, poz. 5,11

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 210:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 211:Część 7, poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 211:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 212:Część7, poz. 8

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?

Odpowiedź na pytanie nr 212:

Zamawiający dopuszcza podkład określony w pytaniu.

Pytanie nr 213:Część7, poz. 8

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 213:

Zamawiający wymaga rolki zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 214:Część7, poz. 8,9

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź na pytanie nr 214:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 215:

Część7, poz. 8,9

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odpowiedź na pytanie nr 215:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 216:

Część7, poz. 8,9

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odpowiedź na pytanie nr 216:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 217:

Część7, poz. 8,9

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odpowiedź na pytanie nr 217:

Tak.

Pytanie nr 218:

Część7, poz. 8,9

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź na pytanie nr 218:

Tak (z pierwszą dostawą).

Pytanie nr 219:

Część7, poz. 8,9

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź na pytanie nr 219:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 220:

Część7, poz. 8,9

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 220:

Nie.

Pytanie nr 221:

Część7, poz. 8,9

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź na pytanie nr 221:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 222:

Część7, poz. 9

Czy zamawiający wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 222:

Zamawiający wymaga rolki zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 223:Część 7, poz. 9

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 60 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?

Odpowiedź na pytanie nr 223:

Nie.

Pytanie nr 224:Część 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 224:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 225:Część 29,poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 225:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę określoną w pytaniu.

Pytanie nr 226:Część 29,poz. 2

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 226:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę określoną w pytaniu.

Pytanie nr 227:Część 43, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 227:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opak.100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 228:Część 43, poz. 3

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylne, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 228:

Zamawiający dopuszcza produkt określony w pytaniu.

Pytanie nr 229:Część 44, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania typu papier-folia?

Odpowiedź na pytanie nr 229:

Tak, wymagane jest opakowanie typu papier-folia.

Pytanie nr 230:Część 45, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz min. 100 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 230:

Zamawiający dopuszcza pojemnik określony w pytaniu.

Pytanie nr 231:dotyczy części 23

Czy zamawiający dopuści Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia bez zakrzywionej igły w zbiorniczku wyrównawczym w którym, średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza.

Odpowiedź na pytanie nr 231:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 232:dotyczy części 23

Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj monitorów posiada na oddziale Zamawiający? Pozwoli to na dobrane odpowiednich kabli, które są wymagane w części 23.

Odpowiedź na pytanie nr 232:

Patrz Odpowiedź na pytanie nr 22.

Pytanie nr 233:Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych (§11ust. 1.1b i 1.1c) na 0,2% wartości niedostarczonego towaru oraz 0,1% wartości zareklamowanego towaru?

Odpowiedź na pytanie nr 233:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 234:Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kary umownej zawartej w §11 ust.1.1a na 10% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 234:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 235:

Zamawiający w części 52 w formularzu asortymentowym, w kolumnie "j.m." ilość żądanych produktów podzielił na opakowania - 1 opakowanie = 50 sztuk. Czy zamawiający dopuszcza produkty odpowiadające specyfikacji jednak pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 235:

Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 236:Część nr 4 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,7 x 32mm, pozostałe rozmiary zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 236:

Zamawiający dopuszcza igły określone w pytaniu.

Pytanie nr 237:Część 5 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w rozmiarach Rozmiary : CH 4/40cm ; CH6/40cm ;CH8/40cm ;Ch10/40cm;CH12/ 50 – 60 cm;CH 14/50-60 cm; CH16/50-60 cm;CH18/50-60 cm

Odpowiedź na pytanie nr 237:

Zamawiający dopuszcza cewniki określone w pytaniu.

Pytanie nr 238:Część 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby cewniki do odsysania dróg oddechowych wykonane były z elastycznego PCV, o twardość: Shore A 78 (informacja zawarta w katalogu producenta), z barwnym kodem konektorów, atraumatyczny, okrągły otwór centralny na końcu cewnika, dwa otwory proksymalne boczne, o średnicy nie większej niż 1 - 2 mm celem zabezpieczenia pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 238:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 239:Część 5 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania przez nos o długości 210cm, czystych mikrobiologicznie.

Odpowiedź na pytanie nr 239:

Zamawiający dopuszcza cewniki określone w pytaniu.

Pytanie nr 240:Część 5 poz.3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby cewniki do podawania tlenu przez nos miały przekrój gwiazdkowy, zabezpieczający dren przed załamaniem i przerwaniem podawania tlenu oraz nie zawierał lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu i wyposażony był w uniwersalny łącznik do podłączenia do aparatury (gwintowany i standardowy)?

Odpowiedź na pytanie nr 240:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 241:Część 6 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby maski anestetyczne posiadały haczykowate i kolorowe pierścienie wykonane z poliwęglanu i kodujące rozmiar oraz pozbawione były DEHP?

Odpowiedź na pytanie nr 241:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) aby maski anestetyczne posiadały cechy określone w pytaniu.

Pytanie nr 242:Część 6 Poz. 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do podawania tlenu oraz nebulizatorów czystych mikrobiologicznie bez oznaczenia rozmiaru maski s, m, l, xl a z dodatkowym podziałem dla dorosłych i dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 242:

Zamawiający nie dopuszcza produktów określonych w pytaniu.

Pytanie nr 243:Część 6 Poz. 3, 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy nebulizatorów do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni?

Odpowiedź na pytanie nr 243:

Tak, Zamawiający wymaga powyższych cech.

Pytanie nr 244:Część 21 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy rurek intubacyjnych z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5 oraz dwoma znacznikami od

rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym, wyposażone w linie RTG na całej długości rurki, rurki skalowane jednostronnie co 1 cm i dodatkowo z łącznikiem ISO 15 mm kodowanym kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania?

Odpowiedź na pytanie nr 244:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 245:

Część 21 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy rurek intubacyjnych z jednym podłużnym znacznikiem głębokości intubacji, oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm, wyposażone w linie RTG na całej długości rurki, rurki skalowane jednostronnie co 1 cm i dodatkowo z łącznikiem ISO 15 mm kodowanym kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania?

Odpowiedź na pytanie nr 245:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 246:

Część 54 Poz. 1-3

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy łyżek plastikowych z oznaczeniem CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu?

Odpowiedź na pytanie nr 246:

Zamawiający dopuszcza dostawę łyżek określonych w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 247:

Część 54 Poz. 4-6

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy łyżek metalowych z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki na części metalowej oraz symbolem „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu?

Odpowiedź na pytanie nr 247:

Zamawiający dopuszcza dostawę łyżek określonych w pytaniu (nie wymaga).

Pytanie nr 248:

Część 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wymiarach 60x90 cm +/- 2 cm. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 248:

Zamawiający dopuszcza podkład określony w pytaniu.

Pytanie nr 249:

Część 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestaw uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniyny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniyny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen).

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 249:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 250:Część 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 90x210 cm. pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 250:

Zamawiający dopuszcza prześcieradło określone w pytaniu.

Pytanie nr 251:Część 6. Maski: anestetyczne, z drenem do podawania tlenu, z nebulizatorem; nebulizatory poz.2-4

Z uwagi na klasyfikację wyrobów medycznych (IIa, IIb), jakie należy zaoferować w ramach ww. pozycji oraz regulacje prawne, stanowiące o braku potrzeby sterylizacji tych wyrobów, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów czystych biologicznie.

Odpowiedź na pytanie nr 251:

Zamawiający nie dopuszcza; wyroby mają być sterylne.

Pytanie nr 252:Część 6. Maski: anestetyczne, z drenem do podawania tlenu, z nebulizatorem; nebulizatory poz.3-4

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy z nebulizatorem skutecznie pracującym przy dowolnym kącie odchylenia aż do 90 stopni włącznie.
2. Prosimy także o potwierdzenie, że zbiorniczek na lek powinien mieć dokładne skalowanie co 1ml i uszczelniającą pokrywkę wraz z antyprzelewowym zbiorniczkiem 6ml.

Odpowiedź na pytanie nr 252:

Zamawiający potwierdza, że produkty powinny posiadać cechy określone w pytaniu (Ad.1 i Ad 2 - tak).

Pytanie nr 253:Część 6. Maski: anestetyczne, z drenem do podawania tlenu, z nebulizatorem; nebulizatory poz.2-3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek w standardowych rozmiarach dla dzieci i dorosłych, przy czym maski tlenowe dostępne w rozmiarach: krótka i wydłużona.

Odpowiedź na pytanie nr 253:

Zamawiający nie dopuszcza masek określonych w pytaniu.

Pytanie nr 254:Część 17. Filtry sterylne do aparatów

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane filtry mają odróżniać się kolorem w celu łatwej i szybkiej identyfikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 254:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 255:Część 17. Filtry sterylne do aparatów poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtr o szerokim zakresie objętości oddechowej V_t - 150 - 1000 ml, przestrzeń martwa ~40ml.

Odpowiedź na pytanie nr 255:

Tak, Zamawiający wymaga, żeby filtr posiadał cechy określone w pytaniu.

Pytanie nr 256:Część 17. Filtry sterylne do aparatów poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane filtry mają być wolne od lateksu, pcv i ftalanów.

Odpowiedź na pytanie nr 256:

Zamawiający potwierdza, że filtry mają być wolne od lateksu, pcv i ftalanów

Pytanie nr 257:Część 17. Filtry sterylne do aparatów poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wadze 22g, o szerokim zakresie objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml, przestrzeń martwa ~25ml.

Odpowiedź na pytanie nr 257:

Tak, Zamawiający wymaga, żeby filtr posiadał cechy określone w pytaniu.

Pytanie nr 258:

Część 17. Filtry sterylne do aparatów poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane filtry mają być wolne od lateksu, pcv i ftalanów.

Odpowiedź na pytanie nr 258:

Zamawiający potwierdza, że filtry mają być wolne od lateksu, pcv i ftalanów

Pytanie nr 259:

Część 17. Filtry sterylne do aparatów poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtr o wysokim poziomie nawilżania minimum 35 przy Vt 500ml.

Odpowiedź na pytanie nr 259:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 260:

Część 18. Obwody sterylne oddechowe do respiratora i do znieczuleń

Z uwagi na klasyfikację wyrobów medycznych (IIa), jakie należy zaoferować w ramach tej części oraz regulacje prawne, stanowiące o braku potrzeby sterylizacji tych wyrobów, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów czystych biologicznie.

Odpowiedź na pytanie nr 260:

Zamawiający nie dopuszcza; wyroby mają być sterylne.

Pytanie nr 261:

Część 18. Obwody sterylne oddechowe do respiratora i do znieczuleń poz.1

Prosimy o dopuszczenie rur długości 180cm, pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 261:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 262:

Część 18. Obwody sterylne oddechowe do respiratora i do znieczuleń poz.2

Prosimy o dopuszczenie rur o długości 180cm i rurze do worka min. 90cm. pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 262:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 263:

Część 19. Łącznik typu "martwa przestrzeń"

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować martwe przestrzenie o długości 15cm po rozciągnięciu (9cm przed).

Odpowiedź na pytanie nr 263:

Zamawiający nie wymaga (dopuszcza).

Pytanie nr 264:

Część 19. Łącznik typu "martwa przestrzeń"

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania martwych przestrzeni, jak dotychczas stosowanych, o następujących parametrach: Jednorazowy łącznik martwa przestrzeń, sterylna; z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z dwoma portami, jednym do odsysania 3,5mm, drugim z mankietem uszczelniającym do wprowadzenia bronchofiberoskopu 9mm, wykonany z

PP/TPE, o regulowanej długości od 90mm do 150mm i pamięcią kształtu; łącznik do układu oddechowego z wejściem 22F.

Odpowiedź na pytanie nr 264:

Zamawiający dopuszcza łącznik typu "martwa przestrzeń" o parametrach określonych w pytaniu.

Pytanie nr 265:

Część 21. Rurki intubacyjne poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować rurki posiadające znacznik prawidłowego umieszczenia w tchawicy w postaci czarnej końcówki jednego szerokiego czarnego pierścienia wokół całego obwodu rurki.

Odpowiedź na pytanie nr 265:

Zamawiający nie wymaga, żeby rurki intubacyjne posiadały cechę określoną w pytaniu.

Pytanie nr 266:

Część 21. Rurki intubacyjne poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować rurki posiadające znacznik prawidłowego umieszczenia w tchawicy w postaci czarnej końcówki rurki.

Odpowiedź na pytanie nr 266:

Zamawiający nie wymaga, żeby rurki intubacyjne posiadały cechę określoną w pytaniu.

Pytanie nr 267:

Dotyczy Część 22. Zestawy do żył centralnych poz.1-3

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy, jak dotychczas stosowane wyposażone w minimum: cewnik 16Gx20cm (poz.1), 7F/14,18G/20cm (poz.2), 7F (17,18,18Ga)/20cm (poz.3), igłę punkcyjną 18G/6,35cm, rozszerzadło tkankowe, prowadnicę 0,032", strzykawkę 5ml, skrzydełka do zamocowania cewnika (stałe i ruchome), możliwość kontroli cewnika w RTG. Na opakowaniu opisane parametry cewnika: rozmiar, szybkość przepływu, objętość wypełnienia, naklejki identyfikacyjne wklucie do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 267:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 268:

Część 54. Łyżki do laryngoskopu

Zwracamy się z prośbą o weryfikację zakresu pakietu, bowiem wg naszej oceny pozycje 1-3 oraz 4-6 są identyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 268:

Pozycje nie są identyczne, występują tutaj łyżki plastikowe i metalowe. Zamawiający przypomina, że pakiet ten został podzielony na dwie części: Część 54 - Łyżki do laryngoskopu plastikowe i Część 56 - Łyżki do laryngoskopu metalowe.

Pytanie nr 269:

Część 54. Łyżki do laryngoskopu

Czy Zamawiający w celu podwyższenia jakości procedury zgodzi się na wprowadzenie wymogu zaoferowania jednorazowych łyżek metalowych? Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 269:

Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu zgodnych z SIWZ.

Pytanie nr 270:

Część 54. Łyżki do laryngoskopu

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania jednorazowych łyżek metalowych. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 270:

Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu zgodnych z SIWZ.

Pytanie nr 271:

Pakiet 2, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 271:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 272:

Pakiet 7, poz. 6-7:

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane po 50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 272:

Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 273:

Pakiet 7, poz. 8-9:

Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 51x 50 m?

Odpowiedź na pytanie nr 273:

Tak.

Pytanie nr 274:

Pakiet 7, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 210 cm x 160 cm pakowane po 20 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 274:

Tak, dopuszcza serwety w podanym wymiarze w opakowaniach po 20 szt., z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 275:

Pakiet 7, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści spodenki pakowane po 10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 275:

Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 szt. z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 276:

Pakiet 7, poz. 5,8,9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 276:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 277:

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów o chłonności 950g?

Odpowiedź na pytanie nr 277:

Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).

Pytanie nr 278:

Pakiet 12, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M – XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 278:

Tak.

Pytanie nr 279:Pakiet 13, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 279:

Nie.

Pytanie nr 280:Pakiet 13, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 cm x 75 cm z otworem 8cm?

Odpowiedź na pytanie nr 280:

Tak.

Pytanie nr 281:Pakiet 13, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne?

Odpowiedź na pytanie nr 281:

Nie.

Pytanie nr 282:Pakiet 13, poz. 4-6:

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe?

Odpowiedź na pytanie nr 282:

Nie.

Pytanie nr 283:Pakiet 14, poz 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłuższy.(cm)
serweta z przylepcem	1	L2	240x180
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
kieszka na płyny z kształtką	1	PE - 2K	42X35
fartuch chir. Perfect	1	-	L
fartuch chir. Perfect	2	-	XL

Odpowiedź na pytanie nr 283:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 284:Pakiet 15, poz 1-2:

Czy Zamawiający dopuści tufery wykonane z gazy 17 N w rozmiarze 15 x 15 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 284:

Zamawiający dopuszcza tufery określone w pytaniu.

Pytanie nr 285:Pakiet 35 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxszer.;średnica)	Rodzaj wycięcia	Rozmiar wycięcia dłxszer.;promień
serweta z workiem, folią chirurgiczną - wycięcie w folii chir.	1	L2	320x180	PROST.			20x15
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60				
serweta na stół instrum.	1		190x150				
serweta na stolik Mayo	1		145x80				
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20				

Odpowiedź na pytanie nr 285:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 286:

Pakiet 37 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)
serweta	1	L2	130x90
serweta(owinięcie)	1	L2	150x90
serweta kompresowa	2	włóknina kom. 40g	80x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90X60
serwetki do rąk	4	włók. kom.	20x25

Odpowiedź na pytanie nr 286:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 287:

Pakiet 37 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)
serweta	1	L2	130x90
serweta(owinięcie)	1	L2	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60
serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60

Odpowiedź na pytanie nr 287:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 288:Pakiet 38 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)
serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź na pytanie nr 288:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 289:Pakiet 40, poz.1-2:

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Odpowiedź na pytanie nr 289:

Tak, jeżeli pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 290:Pakiet 51, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetki z włókniny kompresowej 40g/m2 w rozmiarze 80x60?

Odpowiedź na pytanie nr 290:

Nie.

Pytanie nr 291:dot. projektu umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź na pytanie nr 291:

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

W Projekcie umowy (Tom II SIWZ) w § 4 dodaje się ust.6 o następującym brzmieniu:

"6. W przypadkach szczególnych, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji oferowanego produktu, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego (o nie gorszych parametrach), przy zachowaniu dotychczasowej ceny jednostkowej - po uprzedniej akceptacji Zamawiającego."

Pytanie nr 292:dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź na pytanie nr 292:

Zamawiający nie wprowadza do umowy powyższych uregulowań.

Pytanie nr 293:Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 293:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Patrz odpowiedź na pytanie nr 108.

Pytanie nr 294:

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź na pytanie nr 294:

Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu.

Pytanie nr 295:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku wystąpienia trzech udokumentowanych reklamacji, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 295:

Zamawiający pozostawia brzmienie § 4 ust.5 bez zmian.

Pytanie nr 296:

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy sprzętu/materiałów w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo dokonać ich zakupu u innego dostawcy w asortymencie i ilościach odpowiadających niezrealizowanej dostawie, co będzie skutkowało zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 296:

Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 297:

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1.1 a, b, c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 1% na 0,5%?

Odpowiedź na pytanie nr 297:

Zamawiający pozostawia wysokość kar umownych bez zmian.

Pytanie nr 298:

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1.2 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 7.”

Odpowiedź na pytanie nr 298:

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poprzez zmianę brzmienia § 11 ust. 1.2 pkt a) Projektu umowy (Tom II SIWZ) w następujący sposób:

”1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”*

Pytanie nr 299:

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 3 c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z: niniejszą umową, SIWZ lub wskazaniem Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 299:

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poprzez zmianę brzmienia § 12 ust.3 pkt c) Projektu umowy (Tom II SIWZ) w następujący sposób:

„c) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z: niniejszą umową, SIWZ lub wskazaniem Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Pytanie nr 300:

Dotyczy warunków umowy § 16 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Żadna ze stron nie może przełać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź na pytanie nr 300:

Zamawiający pozostawia brzmienie § 16 ust.1 bez zmian.

Pytanie nr 301:

Dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści jako produkt alternatywny unowocześniony i łatwy w obsłudze jednorazowy zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, jedynie w wersji 6-gumkowej, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem, kompatybilne z posiadanymi przez Szpital endoskopami.

Odpowiedź na pytanie nr 301:

Zamawiający dopuszcza zestaw do opaskowania żyłaków przełyku określony w pytaniu.

Pytanie nr 302:

Dotyczy pakietu nr 46

Czy Zamawiający wymaga funkcji rotacji i możliwości przynajmniej ponad 10-krotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem?

Odpowiedź na pytanie nr 302:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 303:

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 303:

Tak.

Pytanie nr 304:

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maszynki jednorazowe pakowane a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 304:

Tak.

Pytanie nr 305:

Część 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę USG pakowane a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 305:

Tak.

Pytanie nr 306:

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny pakowane a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 306:

Tak.

Pytanie nr 307:

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający będzie wymagał rękawic o lepszym poziomie szczelności- AQL 1,0?

Odpowiedź na pytanie nr 307:

Tak.

Pytanie nr 308:

Część 2, pozycja 1 i 5

Czy Zamawiający będzie wymagał rękawic winylowych będących wyrobem medycznym klasy I, oraz środkiem ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź na pytanie nr 308:

Zamawiający nie wymaga, aby rękawice były środkiem ochrony osobistej kategorii III, ale wymaga rękawic będących wyrobem medycznym.

Pytanie nr 309:

Część 2, pozycja 6

Czy Zamawiający będzie wymagał aby rękawice pakowane były w opakowanie zbiorcze w formie woreczka umożliwiająccego pojedyncze wyjmowanie rękawic?

Odpowiedź na pytanie nr 309:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 310:

Część 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń bez prowadnicy w rozmiarze 22G/90 oraz z prowadnicą w rozmiarze 25G/90 i 26G/90 jak dotychczas dostarczane?

Odpowiedź na pytanie nr 310:

Tak, Zamawiający dopuszcza igły określone w pytaniu.

Pytanie nr 311:

Część 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z portem 22G 0,9x25; 20G 1,1x32; 18G 1,3x45; 17G 1,5x45; 26G 0,6x19 bez portu oraz 24G 0,7x19 z portem lub bez?

Odpowiedź na pytanie nr 311:

Nie.

Pytanie nr 312:

Część 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a'250szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 312:

Tak.

Pytanie nr 313:Część 4, pozycja 11

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 313:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 314:Część 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w rozmiarze CH12-24 z balonem 5-10ml, oraz w rozmiarze CH26-30 z balonem 30ml?

Odpowiedź na pytanie nr 314:

Nie.

Pytanie nr 315:Część 5, pozycja 5

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje jak dotychczas dostarczanych 4-światłowych silikonowych sond Sengstakena o długości 850mm w rozmiarze CH 16, 18, 20?

Odpowiedź na pytanie nr 315:

Zamawiający dopuszcza sondy o rozmiarze 850 mm oraz 1000 mm.

Pytanie nr 316:Część 7, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii pakowane a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 316:

Tak.

Pytanie nr 317:Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 317:

Tak.

Pytanie nr 318:Część 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład chłonny pakowany a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 318:

Tak, z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 319:Część 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch operacyjny dostępny w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 319:

Tak.

Pytanie nr 320:Część 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo w rozmiarze 80 x 140cm?

Odpowiedź na pytanie nr 320:

Tak.

Pytanie nr 321:

Część 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 100cm bądź 180 x 150cm?

Odpowiedź na pytanie nr 321:

Tak.

Pytanie nr 322:

Część 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 150 x 100cm?

Odpowiedź na pytanie nr 322:

Tak.

Pytanie nr 323:

Część 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną dwuwarstwową w rozmiarze 45 x 45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 323:

Nie.

Pytanie nr 324:

Część 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 324:

Nie.

Pytanie nr 325:

Część 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x 75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 325:

Tak.

Pytanie nr 326:

Część 13, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 326:

Nie.

Pytanie nr 327:

Część 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z centralnym regulowanym otworem przylepnym?

Odpowiedź na pytanie nr 327:

Nie.

Pytanie nr 328:

Część 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

+ osobno pakowane fartuchy chirurgiczne?

Odpowiedź na pytanie nr 328:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 329:

Część 20, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 329:

Tak.

Pytanie nr 330:

Część 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny dostępny w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 330:

Tak.

Pytanie nr 331:

Część 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź na pytanie nr 331:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu określonego w pytaniu.

Pytanie nr 332:

Część 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Zestaw serwet do porodu o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź na pytanie nr 332:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 333:

Część 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do porodu w opakowaniu folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź na pytanie nr 333:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 334:

Część 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź na pytanie nr 334:

Zamawiający dopuszcza zestaw określony w pytaniu.

Pytanie nr 335:

Część 39, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 335:

Tak.

Pytanie nr 336:

Część 40, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 4 warstwową?

Odpowiedź na pytanie nr 336:

Tak.

Pytanie nr 337:

Część 40, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 6 warstwową?

Odpowiedź na pytanie nr 337:

Tak.

Pytanie nr 338:

Część 40, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'3szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 338:

Tak, z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 339:

Część 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał o pojemności 25ml?

Odpowiedź na pytanie nr 339:

Tak.

Pytanie nr 340:

Część 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik w rozmiarze 40 x 70cm?

Odpowiedź na pytanie nr 340:

Nie.

Pytanie nr 341:

Część 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 341:

Tak.

Pytanie nr 342:

Część 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt rozliczany na 23% VAT?

Odpowiedź na pytanie nr 342:

Tak.

W związku z dużą ilością pytań i udzielonych wyjaśnień, w tym skutkujących zmianą treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje, że **zmienia terminy składania i otwarcia ofert w następujący sposób:**

Termin składania ofert: 03 lipca 2019 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 03 lipca 2019 r. godz.10:15

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

/-/ Barbara Kosak