



Kamienna Góra, dnia 04 02 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 1/2014 na dostawę materiałów do kontroli procesu sterylizacji dla PCZ w Kamiennej Górze Sp z o. o .

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 10.11.2011r. o treści jak niżej:

W dniu 28/01/2014 wpłynęły pytania o poniższej treści:

Dotyczy wymagań technicznych dla Pakietu nr 2 i dla Pakietu nr 9

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji z fałdą i bez fałdy o gramaturze papieru 70g/m²?

Odp: Zamawiający dopuści 60g/m².

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 2 poz. 7 - testu kontroli poprawnej pracy zgrzewarki oraz utworzenie z tej pozycji odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp: Tak.

3. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp: Nie wymaga, dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych podczas otwierania pakietu?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

W dniu 14-01-2014r. wpłynęły pytania o treści j/n:

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1-4: Czy Zamawiający dopuści etykiety w rolce po 500 sztuk do metkownicy trzyczęściowej numerycznej typu BLITZ z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet + wałek z tuszem koloru czarnego w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na okres trwania umowy oraz odpowiedniego przeliczenia ilości wymaganych etykiet.

Odp: Dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1-4: Czy Zamawiający dopuści etykiety zmieniające kolor przebarwienia po procesie sterylizacji z fioletowego na zielony?

Odp: Dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wałek tuszujący był dostarczany w proporcji 1 sztuka na 10 rolek etykiet?

Odp: Dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 7: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów wsadu kompatybilnych z przyrządem posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku przeznaczonym do przeprowadzenia 1000 testów. Wykonawca dla wymaganej ilości testów tj. 1200 sztuk dostarczy 2 przyrządy.

Odp: Dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr 5-9, 13-15: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej cenowo oferty.

Odp: Tak.

W dniu 29.01.2014r. wpłynęły kolejne pytania o treści

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę materiałów do kontroli sterylizacji proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 5, poz. 2 i 3 na włókninę o gramaturze 52 g?

Odp: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 6 poz. 1 na torebki o rozmiarze 55x200?

Odp: Tak.

W dniu 28.01.2014r. wpłynęły kolejne zapytania:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 2 oraz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe o gramaturze zgodnej z normą wynoszącej 60g/m²?

Odp: Tak.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 2, 6 oraz 9

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 2, 6 oraz 9

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach papierowo – foliowych kierunek otwierania opakowania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 2, 6 oraz 9

Czy zgodnie z art. 11 pkt. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., który zabrania „umieszczania znaczeń lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE (...)” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i/lub wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do pakowania zestawów o gramaturze 57 g/m² analogicznie do poz. 2 oraz 3 w tym zadaniu?

Odp: Tak.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoklejące w rozmiarze 90 x 203 cm?

Odp: Tak.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoklejące w rozmiarze 90 x 230 cm?

Odp: Tak.

Pytanie 9

Czy w pakiecie nr 10, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 42 x 45 cm?

Odp: Tak.

Pytanie 10

Czy w pakiecie nr 10, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 42 x 60 cm?

Odp: Tak.

Pytanie 11

Czy w pakiecie nr 10, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w rozmiarze 27 x 35 cm?

Odp: Tak.

W dniu 28.01.2014r. wpłynęły kolejne pytania:

1. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 50x 250?

Odp: Tak.

2. Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki z samoprzylepnym zamknięciem w rozmiarze 100 x 200?

Odp: Tak.

3. Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki z samoprzylepnym zamknięciem w rozmiarze 100 x 250?

Odp: Tak.

4. Pakiet nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru zawierającego 0,005% chlorków i 0,034% siarczanów?

Odp: Dopuszcza.

5. Pakiet nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60g/m²?

Odp: Dopuszcza.

6. Pakiet 10:

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje jednostki miary w sztukach, a nie w rolkach?

Odp: W siwz nastąpiła omyłka, winno być sztuki.

7. Pakiet 10 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki włókninowo - foliowej w rozmiarze 32x50 lub 42x60 w miejsce wymaganego 40x50?

Odp: Tak.

8. Pakiet 10 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torebki włókninowo-foliowej w rozmiarze 27x35 w miejsce wymaganego 27x36?

Odp: Tak.

pytania dot. treści umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru mowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Sprawę ową reguluje paragraf 3 ust. 4 umowy.

2. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp: Sprawę ową reguluje paragraf 1 ust. 4 umowy.

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu faktury potwierdzonej przez pracownika magazynu jako podstawy do regulowania należności? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 7 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych . 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem

**Prezes Zarządu
mgr Wiktor król**