



Kamienna Góra, dnia 27 03 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 2/2014 na dostawę materiałów opatrunkowych dla PCZ w Kamiennej Górze Sp z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje iż w dniu 27.03.2014r. wpłynęły pytania o treści jak niżej:

Pakiet nr 27, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy zapewniający idealne wilgotne środowisko leczenia rany, stosowany w leczeniu ran ze średnim i małym wysiękiem, tworzący lepki żel wchłaniający wysięk (ale nie przylegający do rany) ?

Wymóg opatrunków składających się z trzech różnych hydrokoloidów wskazuje tylko na jednego producenta, a rozwiązanie to nie ma wpływu na jakość samych opatrunków, ogranicza również możliwość złożenia większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Odp: Dopuszcza.

W tym samym dniu wpłynęły pytania:

Pytanie:

Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji folię operacyjną o pow. całkowitej 27x10cm, powierzchnia klejąca zgodnie z siwz?

Odp: Dopuszcza.

Pakiet 7, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w op. a'5 kg z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odp: Wyraża zgodę.

pytania dot. treści umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Tak.

2. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp: Zamawiający będzie sukcesywnie zamawiał towar w okresie trwania umowy.

4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp: Tak, wyraża zgodę na powyższy zapis.

5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp: Nie wyrażamy zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 7 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy”?

Odp: Nie wyrażamy zgody.

W dniu 27 03 2014 uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pytania 1 Pakiet 2 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 15x20cm o pow. klejącej 15x16cm.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 2 Pakiet 2 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 56x84cm o pow. klejącej 56x77cm.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 3 Pakiet 2 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie folii operacyjnej o powierzchni całkowitej 55x55cm o pow. klejącej 51x55cm.

Odp: Nie dopuszcza.

Pytania 4 Pakiet 4 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie kompresów pakowanych a'3szt spełniających pozostałe wymagania SIWZ, z przeliczeniem podanych ilości.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 5 Pakiet 13 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie plastra pod kaniule na włókninie w rozmiarze 7,6x5,1cm lub w rozmiarze 6x8cm.

Odp: Dopuszcza 6x8 cm.

Pytania 6 Pakiet 14 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pasków do zamykania ran w opakowaniu a'3 paski z przeliczeniem podanych ilości.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 7 Pakiet 15 pozycja 1-2

Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych z nitką RTG i z tasiemką, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 8 Pakiet 18 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych 12 warstwowych, 17 nitkowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: Nie dopuszcza.

Pytania 9 Pakiet 18 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie kompresów gazowych bez nitki RTG spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Nie dopuszcza.

Pytania 10 Pakiet 19 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie niesterylnych tupferów okrągłych w kształcie orzecha włoskiego z nitką RTG w rozmiarze 15x15cm.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 11 Pakiet 21 pozycja 1-3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków jałowych z pianki poliuretanowej nieprzylepnych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 12 Pakiet 21 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków jałowych z pianki poliuretanowej w rozmiarze 10x20cm lub 15x15cm?

Odp: Dopuszcza 10x20 cm.

Pytania 13 Pakiet 22 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 6x7cm.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 14 Pakiet 22 pozycja 2-3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych z wkładem chłonnym w części centralnej opatrunku.

Odp: Dopuszcza.

Pytania 15 Pakiet 22 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych w rozmiarze 10x25cm.

Odp: Nie dopuszcza.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem

**Prezes Zarządu
mgr Wiktor król**