

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 22 07 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 5/2014 na dostawę profesjonalnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje iż w dniu 21 07.2014r. wpłynęły pytania o treści jak niżej:

Część III – respirator – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1. Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny pneumatyczny-elektryczny respirator o podanych poniżej parametrach:
 - respirator transportowy przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt
 - waga respiratora z baterią (bez osprzętu) – 2.40 kg
 - zasilanie w tlen o ciśnieniu 3-6 bar
 - zasilanie 100-240VAC/10DAC
 - zasilanie z baterii – do 18 godzin (przy standardowych ustawieniach)
 - tryby wentylacji: A/C (VCV, PCV), SIMV w/PSV, BiLVL w/PSV, CPAP w/PSV, CPR – pacjent zaintubowany i niezaintubowany, wentylacja manualna
 - regulowana częstość oddechów 5-60 oddechów/ min
 - minutowa objętość oddechowa kalkulowana w zależności od objętości oddechowej
 - regulowana objętość oddechowa 50-2000 ml
 - prekonfigurowane ustawienia dla trybu CPR: dorośli 500ml/10 oddechów, dzieci 250ml/15 oddechów, niemowlęta 100 ml/20 oddechów
 - regulowany stosunek wdechu do wydechu I:E 1:6 do 3:1
 - PEEP: regulacja w zakresie 0.4-20 cmH₂O
 - PSV: wyłączony lub regulacja w zakresie 4-40 cmH₂O

- CPAP: regulacja w zakresie 4-20 cmH₂O
- stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 100 i 60%
- P_{max}: 10-80 cmH₂O
- P_{min}: 0-20 cmH₂O
- PCV: 4-50 cmH₂O
- Ti; 0.14-9.0 sek
- czułość trigger: 3-15 l/min
- inhalation pressure: 4-50 cmH₂O
- apnea back up time 10-60 sek
- ekran TFT 4.3"
- parametry obrazowane w czasie rzeczywistym na ekranie: M_{ve}, V_{te}, P_{aw}(AV), PAW (peak), częstość oddechów, poziom naładowania baterii
- prezentacja graficzna krzywej ciśnienie/czas lub przepływ/czas
- alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością wyciszenia na 120 sek: niski poziom tlenu i brak zasilania w tlen, P_{max}, P_{min}, niski poziom baterii, APNEA, rozłączenia przewodu, niska objętość minutowa, wysoka objętość minutowa, wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych, niskie ciśnienie w drogach oddechowych & objętość minutowa, zerowa objętość minutowa, przeciek
- wymiary respiratora 250x200x155 cm
- respirator w komplecie z torbą transportową z możliwością zawieszenia na ramie noszy oraz transportu w ręku lub na ramieniu, reduktorem tlenowym z szybkozłączką AGA, 10 układami pacjenta jednorazowego użytku, przewodem ciśnieniowym zakończonym wtykiem AGA, butlą na tlen medyczny o pojemności 2.7 l, maską pacjenta nr 5 oraz płucem testowym i ładowarką.

Odp: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania. W terminie późniejszym doprecyzujemy tryby wentylacji do specyfikacji respiratora.

W związku z licznymi zapytaniami Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia: 28.07.2014r. Godz. 10:00 na dzień 31.07.2014r. Godz. 10:00 Termin otwarcia ofert upływa z dniem 31.07.2014r. Godz. 10:15.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król