



---

Kamienna Góra, dnia 25 07 2014

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**dotyczy: postępowania nr 5/2014 na dostawę profesjonalnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. 2013.907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 24 07.2014r. wpłynęły kolejne pytania o treści jak niżej:

**Pytania do zadania 1 łóżko szpitalne OIOM – 1 szt. bez wagi**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika stanu naładowania, ale z informacją ostrzegawczą, gdy zostanie przekroczony próg 50% energii?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika zużycia, ale z wyraźną informacją w instrukcji obsługi o terminie wymiany akumulatora?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm (+/- 50 mm) z możliwością przedłużenia oraz o szerokości 960 mm (+/- 50 mm)?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko na kolumnach prostokątnych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami, ale o większych funkcjonalnych możliwościach niż łóżko na kolumnach cylindrycznych?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy bez możliwości blokowania, która to w sytuacjach stresowych związanych z ratowaniem życia może opóźnić akcję ratowniczą?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o sterowaniu z pilota przewodowego do obsługi przez personel oraz pacjenta z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez elektroniczny kluczyk, z automatycznym blokowanie funkcji po kilkudziesięciu sekundach nieużywania, a także z

dotychczasowym panelem sterowniczym montowanym na szczycie łóżka z możliwością blokady wybranych funkcji z wizualnymi elektronicznymi kontrolkami?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 400-800 mm (+/- 50 mm) bez wskaźnika osiągnięcia wysokości minimalnej, o regulacji części nożnej w zakresie 35° (+/- 5°)?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt 30, ale ze wszystkimi zabezpieczeniami wymaganymi przez normę dot. łóżek?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami pojedynczymi o średnicy 125 mm z blokowaniem centralnym?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko miało maksymalne bezpieczne obciążenie nie mniejsze niż 270 kg dla wszystkich pozycji leża?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyposażeniem w:

- materac o grubości 12 cm wykonany z piany w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, antyalergicznym, chroniącym przed przenikaniem bakterii i roztoczy
- listwą ze stali nierdzewnej z uchwytami do worków urologicznych
- wysuwaną spod leża półką na pościel, ale bez miejsca na panel sterowniczy, ponieważ jego miejsce jest na szczycie łóżka?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

#### **Pytania do zadania 1 łóżko szpitalne OIOM – 1 szt. z wagą**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko na kolumnach prostokątnych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami, ale o większych funkcjonalnych możliwościach niż łóżko na kolumnach cylindrycznych?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy bez możliwości blokowania, która to w sytuacjach stresowych związanych z ratowaniem życia może opóźnić akcję ratowniczą?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o sterowaniu z pilota przewodowego do obsługi przez personel oraz pacjenta z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez elektroniczny kluczyk, z automatycznym blokowaniem funkcji po kilkudziesięciu sekundach nieużywania, a także z dodatkowym panelem sterowniczym montowanym na szczycie łóżka z możliwością blokady wybranych funkcji z wizualnymi elektronicznymi kontrolkami?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 400-800 mm (+/- 50 mm) bez wskaźnika osiągnięcia wysokości minimalnej, o regulacji części nożnej w zakresie 35° (+/- 5°)?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją CPR oraz antyszokową bez określania czasu uzyskania pozycji reanimacyjnej, ale spełniające wymogi bezpieczeństwa łóżek medycznych zgodnie z normą?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko zapewniające pozycję mobilizacyjną i egzaminacyjną przy użyciu standardowych piktogramów nie wprowadzając tym samych dodatkowych przycisków na pilocie czy sterowniku komplikujących sposób używania?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika stanu naładowania, ale z informacją ostrzegawczą, gdy zostanie przekroczony próg 50% energii?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika zużycia, ale z wyraźną informacją w instrukcji obsługi o terminie wymiany akumulatora?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt 32, ale ze wszystkimi zabezpieczeniami wymaganymi przez normę dot. łóżek?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego opisanego w pkt 34, ale ze wszystkimi zabezpieczeniami wymaganymi przez normę dot. łóżek?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko było wyposażone w podwójny układ ważenia uwzględniający wagę wyposażenia łóżka, rzeczy osobistych pacjenta, zapewniający wysoką dokładność ważenia do 50g dla pacjentów lżejszych, np. o wadze 50-60-70 kg i o dokładności do 100 g dla pacjentów cięższych, powyżej 150 kg, co ma istotne znaczenie podczas karmienia pacjentów i innych procedurach medycznych?

**Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.**

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami pojedynczymi o średnicy 125 mm z blokowaniem centralnym?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko miało maksymalne bezpieczne obciążenie nie mniejsze niż 270 kg dla wszystkich pozycji leża?

**Odp: Nie wymaga, dopuszcza również to obciążenie tj. do max 400 kg jak w siwz.**

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez parametrów opisanych w pkt 40 i 41, które podnoszą cenę łóżka, podrażają w przyszłości koszt serwisowania, a korzyści z nich płynące są znikomo małe?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyposażeniem w:

- materac szpitalny statyczny, poręczce dzielone, wskaźnik wychylenia kątownego, listwę z uchwytem opisanymi w SIWZ
- wysuwaną spod leża półką na pościel, ale bez miejsca na panel sterowniczy, ponieważ jego miejsce jest na szczycie łóżka?
- bez wieszaka na kroplówki, który z pewnością znajduje się na kolumnie sufitowej przy łóżku chorego

**Odp: Tak, dopuszcza.**

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wieszaka na kroplówki, który z pewnością znajduje się na kolumnie sufitowej przy łóżku chorego i stosowanie go dodatkowo przy łóżku nie ma uzasadnienia ekonomicznego i funkcjonalnego?

**Odp: Tak, dopuszcza.**

**Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.**

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

*sporządziła: mgr Ewelina Wincza*

z poważaniem  
**Prezes Zarządu**  
**mgr Wiktor Król**