

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 05 08 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 6/2014 na dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje iż w dniu 05 08.2014r. wpłynęły pytania o treści jak niżej:

WIDEOKOLONOSKOP

Pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed skręcaniem się endoskopu we wtyku?

Odp: Tak, dopuszcza.

WIDEOGASTROSKOP

Pkt.4: Czy Zamawiający dopuści kąty zagięcia końcówki sondy wzornikowej góra/dół 210°/90°, prawo/lewo 100°/100°?

Odp: Tak, dopuszcza.

Pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed skręcaniem się endoskopu we wtyku?

Odp: Tak, dopuszcza.

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania endoskopów kompatybilnych z procesorem obrazu będącego na wyposażeniu pracowni endoskopii (ma to na celu zapewnienie ciągłości wykonywania badań diagnostycznych w przypadku awarii jednego z procesorów)?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

Udzielenie pozytywnych odpowiedzi na powyższe zapytania umożliwi Zamawiającemu wykorzystanie sprzętu w postaci zamiennego użytkowania endoskopów i procesorów bez dodatkowych utrudnień (bez przeróbek, adapterów, złączek, przełączek itp.).

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król