

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 07 08 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 6/2014 na dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje iż w dniu 07 08.2014r. wpłynęły pytania do postępowania nr 6/2014 na dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. o treści jak niżej:

Widekolonoskop:

1. Pkt. 10: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ zapisu „rotacja przewodu zasilającego wokół osi”. Jest to cecha wskazująca na jednego tylko producenta (firma Pentax) i ogranicza konkurencyjność postępowania , eliminując z postępowania pozostałych oferentów.

Odp: Skreśla się zapis.

Wideogastroskop:

2. Pkt. 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z SIWZ zapisu „rotacja przewodu zasilającego wokół osi”. Jest to cecha wskazująca na jednego tylko producenta (firma Pentax) i ogranicza konkurencję, eliminując z postępowania pozostałych oferentów.

Odp: Skreśla się zapis.

Wideoprocesor:

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości tor wizyjny, składający się z 2 osobnych elementów: źródła światła i procesora (w miejsce opisanego w SIWZ systemu zintegrowanego w jednej obudowie)?

Odp: Tak, dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wideoprocessor o wymienionych poniżej parametrach:
 - Automatyczny dobór ekspozycji regulujący naświetlanie w zależności od światła oraz dodatkowo możliwość ręcznego sterowania przesłoną
 - Funkcja elektronicznego sterowania kontrastem i wyostrzeniem obrazu w trakcie badania
 - Funkcja cyfrowy zoom: 1x, 1,25x, 1,5x, 1,75x i 2x.
 - Funkcja regulacji jasności obrazu
 - Funkcja zatrzymania obrazu na ekranie monitora
 - Automatyczny balans bieli
 - Menu użytkownika wyświetlane na ekranie monitora, dostępne z przycisków głowicy endoskopu i klawiatury

- Możliwość podłączenia klawiatury, wpisywania danych pacjenta oraz wyświetlania ich na ekranie monitora
- Możliwość sterowania urządzeniem do rejestracji obrazu bezpośrednio z głowicy endoskopu
- Wyjścia sygnału: Composite Video, 2 x S-Video
- Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typ/model i nr fabryczny endoskopu
- Współpraca z głowicami laparoskopowymi i możliwość podłączenia np. sztywnego rektoskopu
- Kompatybilny z oferowanymi wideoendoskopami najnowszej generacji i oferowanym wysokiej klasy źródłem światła ?

Odp: Tak, dopuszcza.

5. Czy Zamawiający, w celu podniesienia jakości oferowanego sprzętu i uzyskania najkorzystniejszej dla siebie oferty, będzie wymagał by wideogastroskop i wideokoloskop posiadały parametr głębi ostrości na poziomie od 2 do 100 mm?

Odp: Tak, dopuszcza również taka ostrość, odstępuję od min. ostrości na poziomie od min. 3 -100 mm.

6. Prosimy o wykreślenie określenia „analizator” ze wzoru umowy, gdyż nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia.

Odp: Skreśla się zapis.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król