



Kamienna Góra, dnia 03 09 2014

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania nr 6/2014 na dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. - MODYFIKACJA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie pytań i udzielonych odpowiedzi w dniu 02.09.2014r.

pytania dotyczące Załącznika do SIWZ nr 7/2014

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą respiratora, Wykonawca dostarczył minimum 10 układów oddechowych jednorazowych do respiratorów dla dorosłych z powłoką biologicznie czynną (jony srebra) oraz 10 systemów do klipsowania rur (5 pojedynczych i 5 podwójnych)?

Odp: Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą respiratora, Wykonawca dostarczył minimum 10 układów oddechowych jednorazowych do respiratorów dla dorosłych, nie narzuca z czego mają być wykonane i dopuszcza powyższe powleczenie, tj. powłokę biologicznie czynną (jony srebra). Nie stawiamy wymogu dostawy systemów do klipsowania rur (5 pojedynczych i 5 podwójnych).

W dniu 02.09.2014r. wpłynęły pytania w kwestii:

Lp.28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie 5 – 100 cmH₂O?

Odp: Tak, dopuszcza.

Lp.36. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,5 – 10 cmH₂O?

Odp: Tak, dopuszcza.

Lp.40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wbudowanym kolorowym, dotykowym monitorem obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 10,4 cali?

Odp: Tak, dopuszcza.

Lp.80. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z minimum 10 układami oddechowymi jednorazowymi dla dorosłych wewnętrznie gładkimi?

Odp: Tak, dopuszcza.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem
**Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król**