

**Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

**58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10**

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: [pcz@pcz.org.pl](mailto:pcz@pcz.org.pl)

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



---

Kamienna Góra, dnia 14 10 2014

#### **WSZYSCY WYKONAWCY**

**dotyczy: postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora hematologicznego, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 14 09.2014r. wpłynęło pytania do **postępowania nr 10/2014 na dzierżawę analizatora do oznaczania jonów, analizatora hematologicznego, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dostawą odczynników na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

**1 Dotyczy Części nr 1 - pkt. 9 parametrów technicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego typu 5-diff. (Dokument 8 SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaferowanie analizatora hematologicznego, w którym istnieje możliwość podłączenia do sieci komputerowej bez zastosowania karty ETHERNET? (rozwiązanie techniczne charakterystyczne dla jednego typu producenta).

**Odp: Nie dopuszcza.**

**2. Dotyczy Części nr 1 - pkt. 12 parametrów technicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego typu 5-diff. (Dokument 8 SIWZ)**

Czy Zamawiający zezwala na zaferowanie analizatora hematologicznego, w którym parametry precyzji wynoszą dla WBC do 7,5 %, RBC do 3%, Hb do 3%, PLT do 12,5 % ?

**Odp: Tak dopuszcza.**

**3. Dotyczy Części nr 1 - pkt. 18 parametrów technicznych dla automatycznego analizatora hematologicznego typu 5-diff. (Dokument 8 SIWZ)**

Z uwagi na konieczność podłączenia analizatora do informatycznej sieci laboratoryjnej prosimy o podanie nazwy producenta sieci.

**Odp: Sieć jest wykonana w systemie Ethernet.**

**Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.**

**Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.**

*sporządziła: mgr Ewelina Wincza*

z poważaniem  
**Prezes Zarządu**  
**mgr Wiktor Król**