



Kamienna Góra, dnia 08-06-2015r.

nr sprawy 3/2015

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w **postępowaniu nr 3/2015 na dzierżawę analizatora immunochemicznego wraz z dostawą reagentów na potrzeby PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. w dniu 03.06.2015r.** wpłynęły zapytania o treści j/n:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonywanie badania D-Dimer na dodatkowym aparacie BACK-UP (punkt 13. Tabela parametry minimalne), przewidzianym do wykonywania citowych parametrów kardiologicznych (Troponina)?

Odp: Tak, dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator wolnostojący, zamiast analizatora nastołowego?

Odp: Tak, dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści, aby szybkość otrzymywanych wyników dla poszczególnych badań wynosiła: 29 min- w przypadku badań jednostopniowych, 36-43 min w przypadku badań dwustopniowych, 15 min- badania pilne STAT?

Odp: Tak, dopuszcza.

Dnia 3 czerwca 2015 r. wpłynęły kolejne pytania o treści:

Dokument 5 PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

Prosimy o wyrażenie zgody na oznaczanie DD na aparacie back up dla parametrów kardiologicznych.

Odp: Tak, wyraża zgodę.

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem hTSH (ultra) Zamawiający wymaga zaoferowania testu, spełniającego wymogi międzynarodowych towarzystw endokrynologicznych i NACB, który jest testem 3 generacji, o czułości funkcjonalnej nie gorszej niż 0,02 mIU/L?

Odp: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Czy za spełnienie warunku "Kalibracja i rekalkibracja w serii odczynników" Zamawiający uzna trwałość kalibracji dla serii odczynników i rekalkibrację zgodnie z wymogami ulotki metodycznej min. gdy wyniki kontroli jakości wykraczają poza ustalone zakresy?

Odp: Tak.

Prosimy o wyrażenie zgody, by opisany w Lp.15 wymóg realizowany był poprzez laboratoryjny system informatyczny, do którego podłączony będzie analizator.

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Dotyczy wzoru umowy

Ust. 14 Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania naprawy powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy. Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odp: Wyrażamy zgodę na powyższy zapis.

Ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odp: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Ust. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na zgłoszenie serwisu, aby następowało ono następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia?,

Odp: Zamawiający wydłuża termin serwisu do 48 godzin. W związku z powyższym ulega zmianie zapis 28 umowy na: „Czas zgłoszenia serwisu do Zamawiającego nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia w dzień roboczy od chwili telefonicznego zawiadomienia.”

Nowy poprawiony wzór umowy w załączeniu do niniejszego pisma.

W tym samym terminie wpłynęły kolejne pytania:

Dotyczy: Ogólne warunki Umowy, paragraf 21

1. Dotyczy pkt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie przyjazdu inż. Serwisowego do 48 h?

Odp: Zmienia się zapis paragrafu na:” Wykonawca zapewni przyjazd inż. serwisowego do 48 h po zgłoszeniu w dni robocze.”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbę usunięcia ewentualnych usterek podczas kontaktu inż. Serwisu z personelem laboratorium w rezultacie może skrócić czas usunięcia usterki do pojedynczych minut.

Odp: Tak, wyraża zgodę.

Dotyczy: Części IV Przedmiotu zamówienia

1. Czy Zamawiający zgodzi się aby jeden z parametrów D-dimery wykonywany był na analizatorze biochemicznym, który pracuje w Laboratorium Zamawiającego?

Odp: Tak.

2. Czy Zamawiający w przypadku awarii aparatu immunochemicznego zgodzi się na rozwiązanie BACK-UP w postaci wykonywania citowych parametrów kardiologicznych tj Troponiny I szybkim testem immunochromatograficznym? Jest to test diagnostyczny przeznaczony do wykrywania ludzkiej sercowej Troponiny I we krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Pomocny w diagnostyce zawału serca.

Odp: Tak.

3. Czy Zamawiający uwzględnił w podanej ilości badań testy na kontrolę i kalibrację? Jeśli nie to prosimy o podanie harmonogramu kontroli.

Odp: Tak, uwzględnił.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku HbSAg czas oznaczenia wynosił 55 minut, a dla testu TSH w wersji podstawowej 45 minut, a wersji „fast” 20 minut. Czas wykonania citowego parametru cTnI wynosi poniżej 13 minut.

Odp: Tak.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33.

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza

z poważaniem

**Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król**