



## Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: [pcz@pcz.org.pl](mailto:pcz@pcz.org.pl)

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł

---

Kamienna Góra, 25-05-2016r.

**Numer sprawy 5/2016**

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżka szpitalnego dla potrzeb reanimacji – 5/2016*

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytania:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w akumulator bez elektronicznego wskaźnika zużycia informującego o konieczności wymiany? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające szerokość zewnętrzną z barierkami podniesionymi (np. do transportu) 970 mm oraz z barierkami opuszczonymi 1010 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże 4-sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym, gwarantującej łatwą dezynfekcję, walkę z infekcjami oraz stabilność łóżka? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające barierki dzielone, tworzywowe, poruszające się z segmentem oparcia pleców (barierki w części uda i podudzia zamocowane na stałe), będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej; barierki jednorodne bez elementów łączonych? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające barierki boczne opuszczane do dołu poniżej poziomu materaca; barierki po opuszczeniu przylegają do leża i powodują (ze względu na konstrukcję) zminimalizowaną przerwę transferową? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające barierki boczne o wysokości 43 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 820 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka, nie

dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację wysokości bez dźwiękowego wskaźnika osiągnięcia wysokości minimalnej? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną części nożnej w zakresie 40°? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną funkcji autokontur, sterowanie tylko z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- regulacji funkcji autokontur

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji; przycisk dostępności funkcji tylko w sterowaniu w barierkach bocznych?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające odłączenie wszelkich regulacji tylko z barierek po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne nie posiadające przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 30? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w materac o grubości 120 mm wykonany z piany poliuretanowej o gęstości 28kg/m<sup>3</sup> w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych, a przepuszczającym powietrze, pokrowiec z krytym zamkiem? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty do worków urologicznych? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w wysuwaną spod leża półkę na pościel z miejscem do podwieszenia panelu sterowniczego? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**