



## Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: [pcz@pcz.org.pl](mailto:pcz@pcz.org.pl)

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł

---

Kamienna Góra, 14-05-2016r.

Numer sprawy 6/2016

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawu endoskopii przewodu pokarmowego – 6/2016*

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1. dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnej jednostki zawierającej zintegrowana Wideoprocesor HDTV ze źródłem światła, a co za tym idzie wyrazi zgodę na modyfikację tabeli określającej „Asortyment szczegółowy” do jednej pozycji „wideo procesor ze źródłem światła”?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Dotyczy zapisów Rozdz.13.9 SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych, nie znajdujących się w folderach i ulotkach producenta? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4**

Prosimy o wydłużenie rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji do 7 dni roboczych. **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 5 ust. 5 wzoru umowy na : „Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść wierzycelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego”? **Odp. Patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r.**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 2: „bezpłatną wymianę materiałów zużywalnych oraz wymienionych podczas przeglądów konserwacyjnych” wzoru umowy na: „bezpłatną wymianę materiałów zużywalnych, których wymianę producent zaleca podczas przeglądu konserwacyjnego”? **Odp. Patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r.**

#### **Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy na: „W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w Czesie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze od daty dostarczenia Dos serwisu. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o otrzymaniu urządzenia przekazanego do serwisu najpóźniej w dniu jego otrzymania: faksem na numer 757443103 lub telefonicznie na numer 757449021”?  **Odp. Patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r.**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4,5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podane terminy usunięcia awarii były liczone w dniach roboczych?  **Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r.**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 7**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 7 na :

„W przypadku 4-krotnej awarii tego samego istotnego elementu urządzenia w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli.” ?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podany termin opóźnienia Wykonawcy w realizowaniu przedmiotu umowy dający Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym liczony był w dniach roboczych?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 12, 13**

Prosimy o wykreślenie § 13 wzoru umowy, gdyż jest to dokładnie powtórzenie zapisów § 12  **Odp. Patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r.**

**Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 7 dni?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, (...).” ?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas usunięcia awarii wynosił 7 dni roboczych ?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku 4-krotnej awarii tego samego istotnego elementu/podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.” ?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) o ile ta trwała powyżej 5 dni roboczych.” ?  **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1b**

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad1 Procesor Wizyjny HD**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym? **Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad1 Procesor Wizyjny HD**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Zoom elektroniczny? **Odp. Zamawiający odstąpi w przypadku, gdy Wykonawca zapewni zoom optyczny.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad2 Źródło Światła**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano źródło światła z żarówką ksenonową o mocy min 300 Wat? **Odp. Zamawiający wymaga, aby moc żarówki wynosiła 300W lub zapewniała światło o mocy odpowiednika 300W.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad2 Źródło Światła**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano regulowaną pompę powietrza w 5 zakresach? **Odp. Nie.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła odbywało się za pomocą obrotowego konektora w zakresie 180 stopni?

UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie redukuje ryzyko skręcenia światłowodu.

**Odp. Nie.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Głębina ostrości min 5-100 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,8 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 10,8 mm **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Minimalny kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 210° -w dół. 90° -w lewo. 100° -w prawo 100° **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano *Vidogastroskop HD o następujących kątach zagięcia końcówki endoskopu:* w górę. 210° -w dół. 120° -w lewo. 120° -w prawo 120°?

UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie daje większe możliwości manewrowania endoskopem

**Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano *Vidogastroskop HD wyposażony w kanał do sfluwowania pola obserwacji -Water Jet?*

UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie ułatwia szybkie oczyszczenie pola obserwacji np. podczas krwawienia co przekłada się na czas i bezpieczeństwo zabiegu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła odbywało się za pomocą obrotowego konektora w zakresie 180 stopni?

UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie redukuje ryzyko skręcenia światłowodu.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad4 Videokolonoskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Głębina ostrości min 4-100 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad4 Videokolonoskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna wziernika: max 13,2 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad4 Videokolonoskop HD**

Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,2 mm **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ Ad 1,2,3,4**

Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła odbywało się za pomocą jednego konektora?

UZASADNIENIE: Wiodący producenci sprzętu endoskopowego (m.in. Olympus, Pentax) w innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie systemach stosują takie rozwiązanie.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.**