



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e- mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 479 000,00 zł

Kamienna Góra, 07-10-2016r.

Numer sprawy 11/2016

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pomp strzykawkowych, objętościowych, zestawów do żywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących – 11/2016

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania dotyczące pakietu nr 1:

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

poz.1

Czy zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz szybkość i łatwość wprowadzania wartości parametrów, będzie wymagać klawiatury numerycznej zarówno dla pompy strzykawkowej jak i objętościowej ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

poz. 1

Czy zamawiający wymaga by minimalny czas zasilania z akumulatora w pompie strzykawkowej wynosił minimum 20 godzin przy 5 ml/h ? Natomiast w przypadku pompy objętościowej conajmniej 10 godzin przy 25 ml/h ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Lp.1

Czy Zamawiający dopuści pompę z mocowaniem strzykawki od góry? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp.3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z zasilaniem 100-240 VAC/15CVA oraz ochroną przed prądem upływu typ CF oraz ochroną przed porażeniem elektrycznym: Klasa II? Proponowane rozwiązanie gwarantuje najwyższą dostępną na rynku ochronę przed porażeniem elektrycznym. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Lp.13

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wybór trybu ma być dostępny po zakończeniu infuzji? **Odp. Zamawiający zmienił treść zapisu na następujący: "Możliwość wyboru trybu pracy minimum z określeniem prędkości infuzji w ml/godz."**

Dot. Lp.14

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z dwoma rodzajami bolusa:

- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

-Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Lp.15

Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem ciśnienia w zakresie 300-900 mmHg? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Lp.20

Czy Zamawiający dopuści pompę z alarmem złego mocowania strzykawki i automatycznym wstrzyknięciem infuzji bez wskazania miejsca w którym ono nastąpiło? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp. 23

Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową z zasilaczem zewnętrznym? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający może określić czy koniecznie chce zakupić zasilacze i uchwyty do wszystkich pomp objętych SIWZ , czy potrzebuje tylko pewną ograniczoną ilość tych elementów. Stacja dokująca jest oddzielnie zasilana zatem pompy będące w stacji nie potrzebują dodatkowego zasilacza. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu ograniczenie wartości oferty bez ograniczenia funkcjonalności zestawów Stacja +pompy. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza zasilaczy zewnętrznych.**

Dot. Lp.24

Czy Zamawiający dopuści pompę adnotacją w paszporcie o terminie przeglądu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuszcza przypomnienie o konieczności dokonania przeglądu w formie mailowej skierowanej bezpośrednio do Działu Aparatury Medycznej? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pompa objętościowa jednokanałowa**poz. 1**

Czy zamawiający wymaga by minimalny czas zasilania z akumulatora w pompie strzykawkowej wynosił minimum 20 godzin przy 5 ml/h ? Natomiast w przypadku pompy objętościowej conajmniej 10 godzin przy 25 ml/h ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Lp.21

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu z informacją o użyciu niewłaściwego zestawu? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Lp.25

Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową z uniwersalnym uchwytem zewnętrznym? **Odp. Zamawiający dopuszcza odłączalny i nie odłączalny uchwyt mocowania pompy.**

Czy Zamawiający może określić czy koniecznie chce zakupić zasilacze i uchwyty do wszystkich pomp objętych SIWZ , czy potrzebuje tylko pewną ograniczoną ilość tych elementów. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu ograniczenie wartości oferty bez ograniczenia funkcjonalności zestawów Stacja +pompy. **Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza odłączalny i nie odłączalny uchwyt mocowania pompy.**

Dot. Lp.26

Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony IP31? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Stacja dokująca

Dot. Lp.3

Czy Zamawiający dopuści nie zatraskowy system mocowania pomp? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Lp.6

Czy Zamawiający dopuści stacje bez możliwości rozbudowy o kolejne gniazda? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Lp.7

Czy Zamawiający dopuści klasę ochrony IPX1? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytania dotyczące pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy strzykawkowe posiadające;

mocowanie strzykawki od góry pompy

zakres ciśnienie od 300 do 900 mmHg

alarm złego mocowania strzykawki z automatycznym wstrzymaniem infuzji

Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza dla poz. 1i 3 , dla poz. Nr 2 – Zamawiający nie dopuszcza.

poz.1

Czy zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz szybkość i łatwość wprowadzania wartości parametrów, będzie wymagać klawiatury numerycznej zarówno dla pompy strzykawkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga by minimalny czas zasilania z akumulatora w pompie strzykawkowej wynosił minimum 20 godzin przy 5 ml/h ? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Lp.1

Czy Zamawiający dopuści pompę z mocowaniem strzykawki od góry? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Lp.3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z zasilaniem 100-240 VAC/15CVA oraz ochroną przed prądem upływu typ CF oraz ochroną przed porażeniem elektrycznym: Klasa II? Proponowane rozwiązanie gwarantuje najwyższą dostępną na rynku ochronę przed porażeniem elektrycznym. **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Dot. Lp.13

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wybór trybu ma być dostępny po zakończeniu infuzji? **Odp. Zamawiający zmienił treść zapisu na następujący:** "Możliwość wyboru trybu pracy minimum z określeniem prędkości infuzji w ml/godz."

Dot. Lp. 14

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pompy z trzema rodzajami bolusa:

- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu

- Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dot. Lp.15

Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaniem ciśnienia w zakresie 300-900 mmHg? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Lp.20

Czy Zamawiający dopuści pompę z alarmem złego mocowania strzykawki i automatycznym wstrzyknięciem infuzji bez wskazania miejsca w którym ono nastąpiło? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ?**Odp. Zamawiający dopuszcza**

Dot. Lp.24

Czy Zamawiający dopuści pompę adnotacją w paszporcie o terminie przeglądu? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuszcza przypomnienie o konieczności dokonania przeglądu w formie mailowej skierowanej bezpośrednio do Działu Aparatury Medycznej? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pytania, dotyczące projektu umowy

Dot. § 6 ust. 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów serwisowych rzadziej niż jeden raz do roku, w przypadku przedstawienia stanowiska producenta urządzeń, które nie wskazuje na taką konieczność? **Odp. Zamawiający zmienia zapis tego fragmentu umowy na poniższy:**

"- bezpłatne przeglądy okresowe, konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy lub nie rzadziej niż jeden w roku,"

Dot. § 6 ust. 7 - Wnosimy o sprecyzowanie zapisu do postaci:

"W przypadku 4-krotnej naprawy tego samego, istotnego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy, jeżeli awaria nie nastąpiła z winy nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego." **Odp. Zamawiający nie zmienia tego zapisu projektu umowy.**