



Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10

(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

<http://www.pcz.org.pl>

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 479 000,00 zł

Kamienna Góra, 13-03-2017r.

Numer sprawy 2/2017

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę odzieży, pościeli, obłożenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.- 1/2017

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

poz. 3

Czy Zamawiający wymaga fartucha rękaw wykończony mankietem czy gumką? Prosimy o podanie gramatury flizeliny. **Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw wykończony mankietem lub gumką. Gramatura min. 20 g/m².**

poz. 4

Czy Zamawiający wymaga fartucha sterylnego wzmocnionego z włókniny SMS? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 5 i 6

Czy Zamawiający wymaga fartucha sterylnego z włókniny polipropylenowej czy z włókniny SMS? **Odp. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.**

poz. 8

Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jak pojedyncza sztuka. Prosimy o podanie gramatury włókniny. **Odp. Zamawiający nie wymaga. Gramatura min. 25 g/m².**

Pytanie 2, dot. SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? **Odp. Nie.**

Pytanie 3, dot. pakietu nr 3

poz. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 4 warstwowej z osłoną na oczy? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4, dot. pakietu nr 6

poz. 24, 26, 27

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet dwuwarstwowych? **Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli gramatura min. 70 g/m².**

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7

poz. 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowych serwet do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolika Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym folią chirurgiczną 250 x 315 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 10

poz. 62

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety pod pacjenta z workiem do zbiórki płynów w rozmiarze 75 cm x 125cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 7, dot. pakietu nr 13

poz. 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia uniwersalnego do operacji żyłaków o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta typu "U" wzmocniona ("U"15x95cm) 260x200cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 osłona na krocze 35 x 20 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 15

poz. 39

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do cystoskopii o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm
- 1 serweta do cystoskopii nieprzylepna z otworem (8x12cm) 75x200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 24

poz. 50

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych z gazy w kształcie kuli w rozmiarze 13 x 13? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 51

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tupferów jałowych z gazy w kształcie fasolki wykonanych z gazy 24-nitkowej? **Odp. Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych warunków z SIWZ.**

Pytanie 9, dot. pakietu nr 25

poz. 52-55

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania kompresów wykonanych z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 10, dot. pakietu nr 28
poz. 58

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania koszuli dla pacjenta posiadający dwa troki: w okolicach szyli i okolicach talii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania koszuli dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent koszuli operacyjnej zakwalifikował ją jako wyrób użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 11, dot. pakietu nr 3
poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści maski 4-warstwowe? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**


poz. 13-15

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99 %? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 12, dot. pakietu nr 4
poz. 16

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wyposażoną w specjalną włókninową wkładkę na całej długości maski przeciw parowaniu okularów spełniającą pozostałe parametry?



Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną posiadającą odporność na spryskanie > 120 mm Hg ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 22
poz. 48

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy składający się z jednej warstwy bibuły o gramaturze 23 g/m² i jednej warstwy folii o gramaturze 10gr/m² o szerokości 50 cm, długości 50 m i perforacji 38 cm, z przeliczeniem ilości do 12 rolek? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 14, dot. pakietu nr 2
poz. 12

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², wysokość części przedniej

umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej, część przednia z możliwością wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15, dot. pakietu nr 4

poz. 16

Czy Zamawiający dopuści maski o odporności na rozpryski > 120mmHg ? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 16, dot. pakietu nr 6

poz. 24

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 25

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm ze stałą średnicą 7cm lub 6x8cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 28

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 17, dot. pakietu nr 7

poz. 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 10

poz. 62

Czy Zamawiający dopuści wzmocniona serwetę porodowa w rozmiarze 114x150cm zintegrowaną z torbą do zbiórki płynów? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 19, dot. pakietu nr 11

poz. 33

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 34

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 20, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

1x serweta samoprzylepna o wymiarach 160cm x 180cm

4x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

1x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm

1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 21, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 22, dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 23, dot. pakietu nr 22

poz. 48

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy składający się z 2 warstw bibuły 2 x 18g/m² i jednej warstwy folii o grubości 0,015-0,017mm? **Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 24, dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 1 warstwy bibuły ze spodem wykonanym z folii? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 25, dot. pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² ? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 26, dot. pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 27, dot. pakietu nr 8
poz. 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wym. 114 cm x 150 cm zintegrowana ze zbiornikiem na płyny
Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 57g/m², wzmocniona dodatkową warstwą chłonną 80 g/m², łączna gramatura strefy wzmocnionej 137 g/m², zbiornik wykonany z folii PE wyposażony w sztywnik oraz port do podłączenia drenu.
2 x ręcznik do rąk o wym. 30,5 cm x 34 cm
Ręcznik chłonny, gramatura 68g/m²
1 x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 85 cm
Serweta wykonana z włókniny typu spunlace, gramatura 50 g/m²
1 x serweta na stolik o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta bez przylepca wykonana z wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale dodatkowo na opakowaniu duża czytelna podwójnie perforowaną etykieta z 2 TAG-ami (informacje na tagach: indeks wyrobu, numer LOT, data ważności, identyfikacja producenta).

Pytanie 28, dot. pakietu nr 11
poz. 33

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 29, dot. pakietu nr 15
poz. 39

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stolik o wym. 75 cm x 90 cm
Serweta bez przylepca wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 56g/m².
1 x serweta o wym. 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wym. 6 cm x 8 cm
Serweta wykonana z 2 warstwowego laminatu, gramatura 56g/m².
2 x osłona na kończyne o wym. 70 cm x 120 cm
Osłona wykonana z 3 warstwowej włókniny, gramatura 51g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30, dot. pakietu nr 6
poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57,5 g/m² w rozmiarze 50 x 75 cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57,5 g/m² w rozmiarze 75 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 31, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z serwetą do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm, z otworem 27 cm x 33 cm, z 4 ręcznikami, bez taśmy samoprzylepnej lub z taśmą pakowaną osobno? Gramatura zestawu 57,5 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 32, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod poślądki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod poślądki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie różka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 33, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pytanie 34, dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu zserwetą 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm i serwetą samoprzylepna 140 cm x 240 cm? Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m². **Odp. Zamawiający dopuszcza ale wycięcie wokół „U” winno być wzmocnione oraz przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

Pytanie 35, dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 36, dot. pakietu nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem

Odp. Zamawiający dopuszcza ale dodatkowo muszą być min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Pytanie 37, dot. pakietu nr 24

poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 14 x 15 cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.**

poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania tupferów z gazy 24-nitkowej? **Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.**

Pytanie 38, dot. pakietu nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłon na kończyne wykonanych z laminatu o gramaturze 57,5 g/m², pakowanej po 2 szt.? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 39, dot. pakietu nr 1

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 250 cm x 160 cm lub 210 cm x 160 cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 250 cm x 160 cm.**

Pytanie 40, dot. pakietu nr 2

poz. 9

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 17g/m² i głębokości 15 cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 17g/m²? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 11

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 17g/m²? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 12

Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką wykonany z włókniny polipropylenowej gładkiej o gramaturze 17g/m² z napotnikiem 20x3,5 cm z włókniny wiskozowo-poliestrowej 40g/m²? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 41, dot. pakietu nr 6

poz. 24, 26, 27

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe? **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale o gramaturze min. 70 g/m² oraz spełniające pozostałe parametry z SIWZ.**

poz. 24

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm z otworem 5cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwety nieprzylepne? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 27

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 cm x 45 cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 42, dot. pakietu nr 7**poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)	Kształt otworu / Uwagi
serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	L3	325x250	PROST.
czapeczka dla noworodka	1		12x10	
kocyk dla noworodka	1	flanela	160x75	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20	
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9	

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43, dot. pakietu nr 10**poz. 62**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki w kształcie kieszeni na płyny w rozmiarze 113cm x90cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 44, dot. pakietu nr 11**poz. 32-35**

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 45, dot. pakietu nr 13**poz. 37**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)
serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46, dot. pakietu nr 14**poz. 38**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany w całości z laminatu bez łąty chłonnej i składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxsz.er.(cm)
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezyjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirurg., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
kieszzeń na płyny	1	PE - 2K	42x35
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany w całości z laminatu bez łąty chłonnej i składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxsz.er.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxsz.er.;średnica)
Serweta z otworem w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i kłają przesłaniającą	1	L2	265x180	TRAPEZ	28X20x19
serweta	1	L2	90x75		
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 47, dot. pakietu nr 15
poz. 39**

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany w włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-poliporylenowej o gramaturze łącznej 43 g/m² i składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxsz.er.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxsz.er.;średnica)	Rodzaj wycięcia	Rozmiar wycięcia dłxsz.er.;promień
------------------	------	----------	--------------------------	------------------------------	---	--------------------	--

serweta z przylepcem	1	TF	180x75	ROMB	20x10	WYCIĘC. PÓŁOKRĄ.	10
pokrowiec na nogę	2	TF	120x60				
serweta na stół instrum.	1		190x150				
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20				

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48, dot. pakietu nr 16

poz. 40

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)	Kształt otworu / Uwagi	Wielkość otworów (dłxszer;średnica)
serweta z otworem i przylepcem	1	L2	200x180	PROST.	20x10
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75		
pokrowiec na nogę	2	L2	120x75		
serweta na stół instrum.	1		190x150		
serweta na stolik Mayo	1		145x80		
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20		

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49, dot. pakietu nr 22

poz. 48

Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z jednej warstwy bibuły o gramaturze min. 24 g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 50, dot. pakietu nr 23

poz. 49

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m²? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 220 cm wykonaną z laminatu folia-włóknina polipropylenowa o gramaturze 31 g/m²? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 51, dot. pakietu nr 24

poz. 50

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17 nitkowej o gramaturze min. 23g/m², z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 51

Czy Zamawiający dopuści tufery w rozmiarze 15 x 15, z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 52, dot. pakietu nr 26

poz. 56

Czy Zamawiający dopuści serwetki z włókniny kompresowej 40g/m² w rozmiarze 80x60? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 53, dot. pakietu nr 27

poz. 57

Czy Zamawiający dopuści osłony wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54, dot. projektu umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w art. 8 pkt 1, ppkt.2 była naliczana od niezrealizowanej części umowy? **Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

Pytanie 55, dot. pakietu nr 12

poz. 36

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)
serweta z przylepcem	1	TF	200x180
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	TF	90x75
serweta z przylepcem	1	TF	180x180
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serweta na stół instrum.	1		190x150

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszer.(cm)
------------------	------	----------	----------------------

serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm	1	L2	240x150
serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec 2,5 cm	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55, dot. formularza ofertowego

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Cena opakowania handlowego” należy podać cenę netto opakowania handlowego, czy cenę brutto. **Odp. Brutto.**

Pytanie 56, dot. pakietu nr 1

poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m², w rozmiarze 210 x 140 cm lub 240 x 160 cm. **Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 240 x 160 cm.**

Pytanie 57, dot. pakietu nr 2

poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego w formie furazerki z gumką, wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m² i głębokości min. 13,5 cm. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m², spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 11, 12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 2. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod kątem cenowym i ilościowym. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 58, dot. pakietu nr 5

poz. 20, 21, 22, 23

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 5. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod kątem cenowym i ilościowym. **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

Pytanie 59, dot. pakietu nr 6

poz. 24, 26, 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach serwet wykonanych z włókniny dwuwarstwowej (włókniny polipropylenowa + folia PE) o gramaturze min. 55 g/m². **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale o gramaturze min. 70 g/m².**

Pytanie 60, dot. pakietu nr 21

poz. 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny, wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianość co najmniej 4l potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 5 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/-1%). Produkt w zestawie z prześcieradłem transportowym o wymiarach 101cm na 203 cm o udźwigu minimum 260kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny, wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Produkt zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.

Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 75cm (+/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przesyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłaniałość co najmniej 1850 ml/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 2 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/-1%). **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 61, dot. pakietu nr 22

poz. 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu bibułowo-foliowego składającego się z dwóch warstw bibuły o gramaturze 36 g/m² i jednej warstwy folii o grubości 13 µm o szerokości 50 cm, długości 40 m i perforacji co 50 cm. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu bibułowo-foliowego składającego się z dwóch warstw bibuły o gramaturze 36 g/m² i jednej warstwy folii o grubości 15-17 µm o szerokości 50 cm, długości 50 m i perforacji co 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych rolek, tj. 12 sztuk. **Odp. Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 62, dot. pakietu nr 23

poz. 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła ochronnego niejałowego, wykonanego z jednej warstwy chłonnej bibuły, ze spodem wykonanym z folii, produkt szybko wchłaniający wodę, posiadający 8 niebieskich poliestrowych nici, zwiększających trwałość produktu, w rozmiarze 80 x 210 cm. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 63, dot. pakietu nr 28

poz. 58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji koszuli w rozmiarze uniwersalnym, tj. M/L. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 64, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski chirurgicznej czterowarstwowej z tasiemkami, z przeźroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy, odporność na przesiąkanie >120mmHg? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 65, dot. pakietu nr 1

poz.4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wspomnianej pozycji do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze korzystniejszej cenowo oferty. **Odp. Patrz zmiana SIWZ.**

poz.8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 210 cmx160 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 66, dot. pakietu nr 11

poz. 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwety pakowanej po 2 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 67, dot. pakietu nr 12

poz.36

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet o następującym składzie:

1 osłona na stół Mayo 80x145cm

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm

1 serweta przylepna 150x240cm

1 serweta przylepna 170x175cm

2 serwety przylepne 75x90cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm

4 ręczniki 30x40cm

2 etykiety typu TAG, zawierające: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68, dot. pakietu nr 24

poz.50

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie tupferów o średnicy 3cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 51

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie tupferów o średnicy 2,2 cm. Pakowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 69, dot. pakietu nr 25

poz. 52

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów 12-warstwowych, pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz.54

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów 12-warstwowych, pakowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz.55

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompresów 12-warstwowych. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 70, dot. pakietu nr 28

poz. 58

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuści koszule dla pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS, podkrój przy szyi wykończony lamówką, która jest jednocześnie wiązaniem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 71, dot. pakietu nr 1

poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła w rozmiarze 210 cm x 150 cm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 72, dot. pakietu nr 21

poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu o wymiarach 200cm x 100cm, wkład chłonny o wymiarach 180cm x 90cm oraz umożliwiającego transport pacjenta o wadze do 190 kg. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej maty chłonnej na stół operacyjny o wymiarach 72cm x 37cm, przeznaczonej do procedur z dużą ilością płynów o właściwościach chłonnych spodniej i górnej części maty, która absorbuje 6l wody lub 2,4 soli fizjologicznej? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 73, dot. pakietu nr 23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwuwarstwowego prześcieradła ochronnego niejałowego, wykonanego z jednej warstwy bibuły o wysokiej gramaturze 23 g/m² i jednej warstwy folii o grubości 20mikronów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 74, dot. pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z ręcznikiem jednorazowym wysokochłonnym, wykonany z napowietrzanej celulozy airlaid o gramaturze 70 g/m², w rozmiarze 80 x 140 cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 75, dot. pakietu nr 6

poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety samoprzylepnej 50x60cm z otworem o wymiarach 6x8cm, dwuwarstwowej? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety samoprzylepnej z otworem (z możliwością dostosowania średnicy otworu) dwuwarstwowa 50x75cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety samoprzylepnej dwuwarstwowej 50x60cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale z gramaturą min. 70 g/m².**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety samoprzylepnej trójwarstwowej 75x90cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety nieprzylepnej 50x60cm dwuwarstwowej? **Odp. Zamawiający dopuszcza ale z gramaturą min. 70 g/m².**

poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety na stolik Mayo 78x145cm? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 76, dot. pakietu nr 7

poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta dwuwarstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki, min wymiary 140 cm x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 78 cm x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem wypełnionym folią chirurgiczną 230x330 cm.
- 1 serweta dla dziecka 75 cm x 120 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm
- 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 11 serwet operacyjnych posiadających element (chip) RTG zamiast nitki radiocieniującej, zawierających na opakowaniu 2 etykiety typu TAG z nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu zawierającym 5 sztuk serwet w ilości 300opakowań? **Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.**

poz. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu zawierającym 2 sztuki serwet w ilości 900opakowań? **Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych warunków SIWZ.**

Pytanie 77, dot. pakietu nr 12

poz. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta do nakrycia stołu zabiegowego 150 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika MAYO 78x145 cm,
- 1 serweta samoprzylepna 180x180 cm,
- 1 serweta samoprzylepna 150x240 cm,
- 2 serwety samoprzylepne 75x90 cm,
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 ręczniki 30,5x34cm
- 4 etykiety typu TAG, zawierające: nr katalogowy, numer serii, datę ważności oraz dane wytwórcy

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78, dot. pakietu nr 13

poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach minimum 140 cm x 190 cm
 - 4 ręczniki do rąk o wymiarach minimum 30 cm x 20 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
 - 1 taśma samoprzylepna o wymiarach minimum 9 cm x 25 cm
 - 1 serweta o wymiarach minimum 150 cm x 240 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" o wymiarach minimum 7 cm x 65 cm ze wzmocnieniem
 - 1 serweta samoprzylepna 75x90cm
 - 1 górna serweta samoprzylepna o wymiarach minimum 150 cm x 240 cm 3-warstwowa w strefie dedykowanej dla Pacjenta
 - 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
- Obłożenie pacjenta wykonane z materiału o gramaturze minimum 30 g/m²

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
 - 2 ręczniki do rąk 30,5 cm x 34 cm
 - 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
 - 1 serweta brzuszno-kroczoza 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
 - 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm
 - 4 etykiety typu TAG, zawierające: nr katalogowy, numer serii, datę ważności oraz dane wytwórcy.
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 55 g/mkw.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79, dot. pakietu nr 15

poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 100 cm x 150 cm
- 2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 100 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie
- zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego folii polietylenowej o grubości 33 μm i hydrofilowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m²).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80, dot. pakietu nr 24

poz. 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Tupfer jałowy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowy, w kształcie fasolki 17-nitkowy o gram. min. 23g/m², z elementem kontrastującym nitką wplataną w gazę, sterylizowane. Rozmiar 15 x 15. Pakowane po 10 szt? **Odp.**

Zamawiający dopuszcza.

poz. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Tupfer jałowy z gazy 100% bawełnianej bielonej bezchlorowo, jałowy, w kształcie fasolki 17-nitkowy o gram. min. 23g/m², sterylizowany. Rozmiar 12 x 12, z elementem kontrastującym nitką wplataną w gazę. Pakowane po 10 szt? **Odp.**

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81, dot. pakietu nr 27

poz. 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Osłona na kończynę wykonana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, barierowej dla mikroorganizmów i odpornej na uszkodzenia, do obłożenia kończyn pacjenta w pozycji litotomijnej, wym. 75 x 120 cm. Waga podstawowa ok. 60g/m²; grubość 33 μm ? **Odp. Zamawiający dopuszcza.**