



tel.(075) 744-9036

<http://www.pcz.org.pl>

fax. (075) 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

WSZYSCY WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

**w postępowaniu nr 6/2015 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.**

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. jako Zamawiający zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuje, iż w związku z zakończeniem pracy Komisji przetargowej związanej z wyborem Wykonawcy na **dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. pn nr 6/2015** wygrały firmy jako **najkorzystniejsza, które przedstawiły najkorzystniejszą cenę - otrzymując o wartość punktową równej 100,00 pkt- zał nr 1 do niniejszego pisma.**

W dniu 31 08 2015r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia w wysokości: 389.359,064 zł, którą zwiększył do kwoty 453.635,38 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert, które złożyły następujące firmy:

1) KSELMED s. c.

Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski
ul. M. Konopnickiej 7
86-300 Grudziądz **wartość oferty brutto: 62.557,92zł**

2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ul. Raciborska 15
40-074 Katowice **wartość oferty brutto: 60.067,44 zł**

3) Analityka s. c.

Marta Świętoniowska i Krzysztof Matuszkiewicz
ul. Lubelska 36
10-409 Olsztyn **wartość brutto oferty: 4.374,00 zł**

4) Argenta spz o.o. sp. k.

ul. Polska 114
60-401 Poznan **wartość brutto oferty: 73.972,44 zł**

5) BoMaxima s.a

ul. Vetterów 5
20-277 Lublin **wartość brutto oferty: 223.507,73 zł**



tel.(075) 744-9036

fax. (075) 744-3103

KRS 0000169608

<http://www.pcz.org.pl>

e-mail: pcz@pcz.org.pl

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

6) MEDAN ul. ks. dr A. Koroczka

44-103 Gliwice **wartość brutto oferty: 92.264,40 zł**

7) CORMAY s.a.

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki **wartość brutto oferty: 161.232,12 zł**

8) Bio-Rad Polska sp z o.o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa **wartość brutto oferty: 61.830,68 zł**

9) Medlab Products. Sp z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn **wartość brutto oferty: 40.208,40 zł**

10) FARMATOR Sp z .o.o.

ul. Szosa Bydgoska 56

87-100 Torun **wartość brutto oferty: 42.008,28 zł**

11) Biuro Handlowo Usługowe Danuta Brzozowska

ul. M.Gorkiego 21A lok. 115

92-524 Łódź **wartość brutto oferty: 52.828,20 zł**

12) HYDREX Diagnostics sp z o. o.

ul. Tomasz zana 4

04-313 Warszawa **wartość brutto oferty: 114.859,62 zł**

13) AMP Polska sp z.o.o.

ul. Bolesława Prusa

30-117 Krakow **wartość brutto oferty: 78.017,04 zł**

14) AQUA Med ZPAM Kolasa sp. j.

ul. Targowa 55

90-323 Łódź **wartość brutto oferty: 42.830,64 zł**

15) Profilab s.c.

ul. Emaliowa 28

02-295 Warszawa **wartość brutto oferty 59.006,88 zł**

Postępowanie obejmowało: 19 zadań. W trakcie badania ofert wykluczono wykonawców: 1 Wykonawcę - Bio-Rad Polska sp z o. o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 - nie wykazano spełniania



tel.(075) 744-9036

<http://www.pcz.org.pl>

fax. (075) 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

warunków udziału w postępowaniu (oraz brak wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zw. ofertą art. 24 ust. 2 pkt. 2 – uzasadnienie prawne).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 01 09 2015 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu - deklaracji zgodności dla odczynników z grupy II podgrupy B pakiet nr 1 surowica antyglobulinowa poliwalentna. Standard Anty-D i papaina liofilizowana w języku polskim. Dokumenty zostały złożone wyłącznie języku angielskim. Wymagane dokumenty winny być złożone w takiej formie łącznie z tłumaczeniem na język polski. Do dnia 03.09.2015r. Zamawiający nie otrzymał w/w dokumentów – nie złożył wyjaśnień w związku z powyższym ofert została odrzucona art. 24. ust. 4.

W trakcie badania ofert odrzucono 2 oferty:

- 1) Bio-Rad Polska sp z o. o. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 4 – zadanie 1 z grupy II podgrupa B – odczynniki – uzasadnienie j/w.
- 2) Oferta Wykonawcy Farmator Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 56 na zadanie nr 1 grupy II podgrupy B pakiet nr 1 – „odczynniki” została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 8 Pzp, bowiem treść oferty nie odpowiada treści siwz (uzasadnienie prawne).

uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w piśmie z dnia 24.08.2015 określił cechy zamawianego odczynnika Standard Anty-D. Standard Anty -D winien mieć zastosowanie do kontroli czułości badań serologicznych tj.: pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego, do zapewnienia prawidłowej interpretacji wyników badań, wyeliminowania błędów technicznych podczas wykonywania testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego oraz ujednoczenia warunków wirowania a także wymagał aby odczynnik posiadał znak CE z numerem jednostki notyfikowanej. Wykonawca na skutek wezwania z dn. 02 09 2015 do złożenia wyjaśnień w sprawie brakujących dokumentów, złożył wyjaśnienia ale nie uzupełnił oferty – do dnia 03.09.2015r. nie przedstawił certyfikatu jednostki notyfikowanej.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu, nr sprawy UR.DNB.461.0169.2014.KDS.1 odczynnik standard anty-D, przeznaczony do „prawidłowej interpretacji wyników badań”, wyeliminowania błędów technicznych przy wykonywaniu testu antyglobulinowego (PTA) oraz testu enzymatycznego (LEN) oraz ujednoczenia warunków wirowania, którego Zamawiający wymagał powinien być zaliczany zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro do wykazu A a jego ocena zgodności powinna być przeprowadzona przy udziale jednostki notyfikowanej.

Z załączonych dokumentów wynika że proponowany odczynnik Standard Anty-D nie jest kwalifikowany do wykazu A ani do wykazu B oraz nie jest certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną a tym samym nie spełnia wymagań określonych w siwz.

Oferty złożone po terminie: 0 ofert. Unieważniono 2 zadania:

- **zadanie nr 1 - pakiet nr 7 grupa I – pojemnik polistyrenowy art. 93.1.1** – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (uzasadnienie prawne i faktyczne)
- **zadanie testy paskowe do analizy moczu – pakiet nr 5 grupa II podgrupa A z art. 93 .1. pkt. 7** postępowanie na w/w zadanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w



tel.(075) 744-9036

<http://www.pcz.org.pl>

fax. (075) 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

sprawie zamówienia publicznego (uzasadnienie prawne). Zamawiający niejednoznacznie opisał zamawiany towar przez co wprowadził w błąd Wykonawców.

Uzasadnienie faktyczne

Na stronach 23 Zamawiający opisał pakiet nr 5 jako - TESTY PASKOWE DO ANALIZY OGÓLNEJ MOCZU, moczu kontrolny, mikroalbuminuria + dzierżawa czytnika pasków 10 parametrowych. Natomiast na stronie 24 i 25 SIWZ Zamawiający określił następujące wymagania w odniesieniu do wyrobów oferowanych w pakiecie nr 5:

Lp	Nazwa parametru	j. miary	METODA OZNACZANIA
1	TESTY PASKOWE DO ANALIZY MOCZU 10 PARAMETROWE PRZYSTOSOWANE DO CZYTNIKA CLINITEC-50	OZN	LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN, BIAŁKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR WŁASCIWY, CIAŁA KETONOWE, BILIRUBINA, GLUKOZA
2	MOCZ KONTROLNY PRZYSTOSOWANY DO CZYTNIKA CLINITEC POZIOM normalny i patologiczny	OZN	LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN, BIAŁKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR WŁASCIWY, CIAŁA KETONOWE, BILIRUBINA, GLUKOZA - ODCZYNNIK PŁYNNY I KOMPATYBILNY Z TESTAMI PASKOWYMI I CLINITEKIEM 50 DO OZNACZANIA MOCZU
3	MIKROALBUMINURIA + dzierżawa czytnika	OZN	Test paskowy

Jak wynika z powyższego opisu - Zamawiający wymagał testów paskowych i moczu kontrolnego przystosowanych do czytnika CLINITEK-50 (poz. 1 i 2 powyższej tabeli) oraz dodatkowo testów do mikroalbuminurii wraz z czytnikiem, dzierżawiony czytnik miał być używany w połączeniu z testami do mikroalbuminurii, tzn. testy do mikroalbuminurii miały być odczytywane w dzierżawionym czytniku. Wskazuje na to zapis "MIKROALBUMINURIA + dzierżawa czytnika".

Powyższy zapis zawiera błędy, których Zamawiający w porę nie zauważył i nie poprawił w terminie ustawowym. Zapisy w powyższej tabeli opisują przedmiot zamówienia w pakiecie 5 w sposób istotnie odmienny od opisu użytego przez Zamawiającego w formularzu cenowym, co doprowadziło do niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia i w efekcie do złożenia przez wykonawców ofert o nieporównywalnym zakresie.

Ponadto w odpowiedziach Zamawiający dopuścił testy immunochromatograficzne do mikroalbuminurii, przez co powstała sprzeczność z powyższym zapisem SIWZ gdzie Zamawiający wymagał testów do mikroalbuminurii wraz z czytnikiem. Dopuszczonych testów immunochromatograficznych nie można oznaczać w czytniku do pasków do moczu, a Zamawiający dopuszczając testy immunochromatograficzne nie usunął jednocześnie wymagania „**MIKROALBUMINURIA + dzierżawa czytnika**”, pozostawiając to wymaganie jako obowiązujące w SIWZ. Ponadto pomyłkowo Zamawiający podał wymaganie kompatybilności testów paskowych w poz. 1 i moczu kontrolnego w poz. 2 z czytnikiem CLINITEK 50.



tel.(075) 744-9036

http://www.pcz.org.pl

fax. (075) 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

Prawidłowy opis wymagań do przedmiotu zamówienia w tym pakiecie powinien być następujący:

Lp	Nazwa parametru	j. miary	METODA OZNACZANIA
1	TESTY PASKOWE DO ANALIZY MOCZU 10 PARAMETROWE PRZYSTOSOWANE DO CZYTNIKA CLINITEC 50	OZN	LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN, BIALKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR WLASCIWY, CIAŁA KETONOWE, BILIRUBINA, GLUKOZA
2	MOCZ KONTROLNY PRZYSTOSOWANY DO CZYTNIKA CLINITEC POZIOM normalny i patologiczny	OZN	LEUKOCYTY, AZOTYNY, UROBILINOGEN, BIALKO, Ph, KRWINKI CZERWONE, CIEZAR WLASCIWY, CIAŁA KETONOWE, BILIRUBINA, GLUKOZA - ODCZYNNIK PŁYNNY I KOMPAYBILNY Z TESTAMI PASKOWYMI I CLINITEKIEM 50 DO OZNACZANIA MOCZU
3	MIKROALBUMINURIA dzierżawa czytnika	OZN	Test paskowy
4	Dzierżawa czytnika	Miesiący	

Zauważone błędy w SIWZ w istotny sposób zmieniły opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 5 w stosunku do rzeczywistych wymagań Zamawiającego, przez co zawarcie ewentualnej umowy nie leży w interesie publicznym. Dlatego Zamawiający podjął decyzję w tej kwestii jak podano powyżej.

Zamawiający informuje, iż umowa będzie zawarta w terminie przewidzianym w art. 94 ust. Pkt. 2 ustawy Pzp od dnia przestania niniejszego zawiadomienia w formie elektronicznej i za pomocą faksu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 ÷ 198 ustawy.

Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie winno:

wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a także zawierać żądanie i zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Na czynności, o których mowa w pkt 21.2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.2.9. i 21.2.10. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.



tel.(075) 744-9036

<http://www.pcz.org.pl>

fax. (075) 744-3103

e-mail: pcz@pcz.org.pl

KRS 0000169608

Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł



Kamienna Góra, dnia 30 09 2015

nr sprawy 6/2015

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach organizowanych przez naszą jednostkę.

UWAGA!

Prosimy, stosownie do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy (art.27 ust. 2), o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na numer faksu (75) 744 31 03

Z poważaniem

**Prezes zarządu
mgr Wiktor Król**